

Montevideo 28 de marzo de 2023.-

Licitación Abreviada N° 8/2023.

Respuesta a las consultas en la mencioanda Licitación:

Concentrador de muestras

- ¿la medida de 15 a 17 mm de los tubos refiere al diámetro? Si, tubos de 15 mL de capacidad, diámetro externo 15 a 17 mm.
- ¿Cuáles son las dimensiones de los viales de 2 ml utilizados? Diámetro externo 12mm, altura 32mm
- ¿ambos termoboques deben ser para 24 tubos? Si. solicitamos 24 posiciones. Pueden ser 2 bloques de 12 posiciones, intercambiables.

Vortex

- ¿El diámetro de órbita puede ser 4 o 4.5mm? Si

Freezer

- ¿Rango de temperatura requerido? Tipo doméstico, $\leq -18^{\circ}\text{C}$.

Balanza de precisión de laboratorio

- ¿Es correcta la información sobre la pesada máxima requerida? ¿son 30 kg? Si.


Dra. ROSSANA BASSO GAY-BALMAZ
SUB-DIRECTORA
DIVISION ADMINISTRACION