

Montevideo, 26 de octubre 2023.

Preguntas Proveedor sobre Licitación Pública N° 5/2023 “SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS (CON EQUIPO EN PRÉSTAMO) PARA LA RAP METROPOLITANA DE ASSE ”

(La consulta se transcribe tal cual la efectuó el proveedor, BIOERIX)

Pregunta :

Estimados, buenos días, mediante el presente realizamos las siguientes consultas referente a la Licitación Pública 5/2023 SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS:

- En el Anexo IV – Menciona “Los proveedores deberán consultar sobre las características del software de gestión con el que cuenta el laboratorio a efectos de asegurar la conexión al LIS bidireccional bajo mecanismos y protocolos estándar (ej. IHE).”

Respecto a la comunicación con el LIS queremos confirmar si los adjudicatarios serán los responsables de suministrar, instalar y poner en funcionamiento las interfaces de conexión de los equipos a host a su costo?

- Respecto al punto “G – Insumos para hemograma 3 equipos nuevos de mesada automatizados. Contadores hematológicos automáticos” – Mencionan 3 quipos, nos podrían indicar si la distribución de los equipos sería 2 equipos para RAP Metropolitana + 1 equipo para laboratorio La Costa, como se menciona en el punto “A” respecto a equipos de inmunoquímica.
- Respecto al punto “H – Insumos para Crasis básica 2 equipos automatizados” Mencionan dos equipos, estos estarían distribuidos 1 RAP Metropolitana + 1 Laboratorio La Costa?
- Respecto al Punto “O – Insumos para 1 equipo para determinaciones por Biología Molecular” -

Es posible presentar 2 plataformas:

- 1 equipo para paneles multiplex
- 1 plataforma de equipos compuesta por un equipo de extracción de ADN/ARN + un termociclador en tiempo real. Esto sería para la determinación de cargas virales HIV, HCV, HBV y CMV y genotipado de HCV.

Respecto a este mismo punto para la determinación de HPV detección y genotipado, es posible presentar para realizar la prueba en la plataforma automatizada (extracción + detección) para la detección de 14 genotipos de alto riesgo, diferenciando 16 y 18.

Desde ya muchas gracias, aguardamos vuestra respuesta.

Saludos cordiales.

T.Q. Fernando Gamarra

Respuesta:

En cuanto a la comunicación con el LIS efectivamente es correcto, los adjudicatarios tendrán a su costo el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de las interfaces de conexión con el LIS actual de laboratorio Plexus Raptor.

Los contadores hematológicos son 3 equipos iguales, dos en Laboratorio Rap y 1 en Laboratorio La Costa.

Los equipos de crisis son dos iguales, uno para Laboratorio Rap y otro para Laboratorio La Costa.

En cuanto a Biología Molecular, todas las ofertas serán evaluadas y se valorará la que sea la más completa al menor costo. Es posible presentar menor cantidad de genotipos de HPV a los solicitados en el pliego siempre y cuando estos incluyan los de alto riesgo.