LICITACIÓN ABREVIADA Nº3/17 ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS

PREGUNTAS:

Item 8 – Cabina de Bioseguridad.

1. ¿Cuáles son las dimensiones?
2. ¿Qué y cuántos servicios quieren que sean instalados? (toma de corriente, grifo de agua, líneas de gas, etc)

Item 9 – Centrifuga

1. ¿Cuál es la velocidad G máxima?

RESPUESTAS:

Item 8 – Cabina de Bioseguridad

El tamaño debe ser de largo alrededor de 1.20 m y de ancho alrededor de 0,5 m la altura no es limitante, solo precisaríamos linea de corriente.

Item 9 – Centrífuga

Lo que estamos manejando es una RCF máxima de 6,153