
SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: CONSULTA 2) Y RESPUESTA - L.P. N°34/17 "TOMÓGRAFO HELICOIDAL MULTICORTE"

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2017

En el marco de la *Licitación Pública N°34/17 "TOMÓGRAFO HELICOIDAL MULTICORTE"* se comunica por este medio **Consulta 2)** formulada por una firma interesada, con su correspondiente respuesta.

Consulta 2)

Preguntas:

Buenos días, en la pag. 20 del Pliego técnico se establece en el punto 2:

D) De los plazos de entrega y servicios de mantenimiento:

2. Se debera establecer el plazo seguro de entrega del equipo, asi como los tiempos necesarios de instalacion y puesta en marcha, luego de recibida por el adjudicatario, la Sala destinada al Equipo, completamente vacia.

Consultamos: Se entiende entonces que la desinstalación del equipo actual es por cuenta de ASSE, es correcto?

Las tareas de ubicacion y traslado del equipo hasta la sala para su instalacion seran a total cargo del adjudicatario

Consultamos: Nos pueden aclarar este punto.

Desde dónde se supone es el traslado, desde el puerto al Hospital? o ASSE lo dejará en algún lugar dentro del hospital y el traslado es interno?

Respuestas:

- Es correcto, la des-instalación corre por cuenta de ASSE.
- ASSE lo dejará en la puerta del Hospital en lugar a coordinar (patio interno por ejemplo), el desembalaje y ubicación hasta la sala correrá por cuenta del adjudicatario.


CAROLINA GURGITANO
Directora de Departamento
de Adquisiciones de la Dirección
Recursos Materiales de A.S.S.P.