

Montevideo, 29 de agosto de 2017.

A: Adquisiciones

Ref.: LA N° 44/2017, 1 (un) ARCO EN C 3 D, con reconstrucción axial y sagital.

MODIFICACIÓN AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES:

En el Anexo I, Especificaciones técnicas mínimas solicitadas, en el Numeral 3, "Se deberá incluir", se agrega al final el siguiente párrafo, el cual forma parte del Pliego Particular de Condiciones del llamado de referencia:

"Se deberá incluir totalmente a cargo del oferente al menos 10 días de entrenamiento en aplicaciones clínicas dictado por especialista/s de Fábrica para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo y sus funciones, permitiendo la optimización y el aprovechamiento del 100% de las capacidades del equipo, esto además de brindar la capacitación en la operación y manejo básico del equipo.

Este entrenamiento será coordinado por la jefatura del servicio y se impartirá en por lo menos dos turnos, existiendo la posibilidad de que sea dictado en forma fraccionada en el tiempo (por ejemplo, una semana de instrucción, un impas de practica, y otra semana de instrucción), la que deberá incluir todos los materiales didácticos necesarios y los certificados de capacitación correspondientes a los asistentes."

- a) **Publicar la aclaración en sitio web de Compras Estatales.**
- b) **Notificar a los oferentes invitados.**



Andrea Pías
Directora
División Adquisiciones
A.S.S.E.