

Departamento de Logística y Aprovisionamiento

TEL. / FAX.: 2.508.59.67 - E-MAIL: licitaciones@sanidadpolicia.gub.uy

**ANEXO VII - LICITACIÓN ABREVIADA Nº 54/2017**  
**ADQUISICIÓN DE ECOCARDIOGRAFO Y ECÓGRAFO PORTÁTIL**

Montevideo, 25 de Setiembre de 2017.-

➤ **CONSULTA DE LA EMPRESA TERA INGENIEROS S.R.L.**

- 1) “El pliego solicita que: Deberá incluir monitor de alta resolución de 17 pulgadas o mayor. De forma de poder ampliar la lista de oferentes, se solicita se acepte una pantalla de 10" o mayor.
- 2) El pliego solicita que: "Deberá incluir grabadora de CD o DVD". De forma de reducir el tamaño de los ecógrafos portátiles, algunos equipos modernos no cuentan hoy día con grabador de CD/DVD incorporada. Sin embargo, cuentan con alta capacidad de almacenamiento en disco interno (mayor a 100 GB.) y con la posibilidad de conectar mediante USB una grabadora de CD/DVD externa, de forma de poder respaldar periódicamente los exámenes guardados. Se solicita se acepten equipos con alta capacidad de almacenamiento en disco y con grabadora de DVD externa”.

➤ **CONSULTA DE LA EMPRESA MARE LTDA.**

“En el “Anexo IV”: “BASES TÉCNICAS”

- **“Características técnicas de Ecógrafo Portátil”** (pág. 29) párrafo 3 donde dice:  
**“Deberá incluir la correspondiente guía para punciones”.**  
Se aclare si se solicitan guías de punción para cada uno de los 3 transductores o solo para el endocavitario.
- **“Características técnicas de Ecógrafo Portátil”** (pág. 29) párrafo 4 donde dice:  
**“Deberá incluir monitor de alta resolución de 17 pulgadas o mayor”.**  
Solicitamos que se permita presentar ecógrafos con monitor de alta resolución de 15 pulgadas o más.
- **“Características técnicas de Ecógrafo Portátil”** (pág. 29) párrafo 5 donde dice:  
**“Deberá tener 3 puertos para el uso de transductores simultáneamente”.**  
Solicitamos que se permita presentar ecógrafos con 2 puertos o más.

➤ **CONSULTA DE LA EMPRESA MEDICALVET**

“En el caso de los equipos portátiles, puede aceptarse una pantalla HD. de 15.6 pulgadas? (en lugar de 17 pulgadas)”.

➤ **RESPUESTA A LA EMPRESA TERA INGENIEROS S.R.L.**  
**(Director del Servicio de Ecografías Generales - Dr. José Luis DEBERNARDI)**

- Respuesta
- No se aceptará Monitor menor de 17 pulgadas.
- De no incluir el equipo grabador de CD/DVD, el oferente deberá en su propuesta incluir además del equipo, una grabadora externa así como el correspondiente cable USB.

➤ **RESPUESTA A LA EMPRESA MARE LTDA.**  
**(Director del Servicio de Ecografías Generales - Dr. José Luis DEBERNARDI)**

- Respuesta
- La guía de punción es solo para transductor endocavitario.
- No se aceptará Monitor menor de 17 pulgadas.
- El ideal será 3 puertos de transductores simultáneos, sí se accederá a 2 puertos o mas.

➤ **RESPUESTA A LA EMPRESA MEDICALVET**  
**(Director del Servicio de Ecografías Generales - Dr. José Luis DEBERNARDI)**

- Respuesta
- No se aceptará Monitor menor de 17 pulgadas.

SUB ENCARGADO DEL DPTO.  
DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO  
OF. AYTE. (PE)(CP)  
Q.F. ROBERTO VARELA