

Departamento de Logística y Aprovisionamiento

**ANEXO VI - LICITACIÓN ABREVIADA N° 64/2017**

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**


Montevideo, 21 de Setiembre de 2017.-

➤ **CONSULTA DE LA EMPRESA TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD S.R.L. (DIGICARD)**

“En el Ítem 10: Etiqueta para Impresora de etiquetas -100 x 75 mm.-, Ítem 11: Etiqueta para Impresora de etiquetas -54 x 30 mm.- e Ítem 12: Etiqueta para Impresora de etiquetas -65 x 25 mm.-; de que material serían las mismas?”.

➤ **RESPUESTA A LA EMPRESA TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD S.R.L. (DIGICARD)**  
**(Dpto. de Informática)**

- Respuesta
- El pegamento debe estar protegido de presencia de hongos.
- El pegamento y las etiquetas tienen que resistir intactas -70° C-.
- El papel de las etiquetas tiene que fijar la cera del ribbon para evitar que ante los congelados y descongelados se pierdan las impresiones.
- El pegamento tiene que pegar sobre superficies congeladas.
- Características especiales de las etiquetas para sangre son compatibles con las utilizadas por el sistema frigorífico uruguayo. Esto debería determinar el material de las mismas.

Of. Ayte. (SP)(CP)   
Ing. Quim. Mariana OLIVIERI