



**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
OFICINAS CENTRALES**

División Suministros

INCISO 26 – UNIDAD EJECUTORA 01

18 de Julio 1968 Planta Baja

24009016 – 24084909

Fax: 24091861

E-mail: compras@oce.edu.uy

LICITACIÓN ABREVIADA 32/17

Equipos de laboratorio para carrera de Tecnólogo Químico

RESPUESTAS A CONSULTAS:

1. Consulta:

Sobre: Lavavajillas de laboratorio

Item 34

- a) Características (número y tipo del material a lavar) para determinar accesorios
- b) Tipo de agua de alimentación a utilizar, requiere enjuague final con agua purificada?
- c) En el lugar destino del equipo tiene instalación trifásica o monofásica?

Respuesta:

- a) Capacidad 12 servicios
- b) Agua del grifo
- c) Alimentación monofásica

2. Consulta:

Sobre Equipo Kjeldhal :

Item 36

- a) Se requiere un sistema completo?
- b) De cuantas plazas?
- c) Es basado en placas calefactoras (manta) y peras de kjeldhal o se requiere un sistema compuesto por bloque programable digestor para tubos macro/micro, scrubber y destilador?

Respuesta:

Lo que se necesita es un block de digestión de 4 posiciones

3. Consulta:

Sobre Soxhlet completo :

Item 37

- a) Se requiere solamente el equipo de vidrio completo, es decir balon/sifon y condensador?
- b) En ese caso volumen del balon requerido?
- c) Se requiere un sistema completo, compuesto por baterias calefactores y equipos de vidrio para trabajo manual convencional?
- d) ¿Se requiere un equipo automatizado/programable que realice la extracción?

Respuesta:

Lo que se pide es un equipo de vidrio para trabajo manual convencional