
SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: CONSULTA 1) Y RESPUESTA – L.A. N°46/17 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE DIVERSOS COMPONENTES DE UNA SALA DE CIRUGÍA EN EL HOSPITAL PASTEUR”

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2017

En el marco de la L.A. N° 46/17 "Suministro e Instalación de un Sistema de Integración de Diversos Componentes de una Sala de Cirugía en el Hospital Pasteur", remitimos a continuación para conocimiento consulta 1) formulada por una firma interesada, con su correspondiente respuesta.

➤ **CONSULTA 1)**

Pregunta

-El pliego solicita que se incluya una Cámara Full HD para la Cialítica existente en el Hospital sea 100% compatible con la misma. La única cámara de estas características va a ser la que ofrezca el proveedor o la marca que vendió la Cialítica por motivos de diseño.

-Se solicita que el sistema de integración controle los equipos de la torre de laparoscopia o endoscopia ya existentes en el Hospital Pasteur, nuevamente este es un caso de exclusividad. EL control de los equipos de la Torre de Laparoscopia va a ser posible solamente por un sistema de integración de la misma marca.

-Todos los sistemas de integración en general pueden manejar señales de video independientemente de que marca sean , y pueden manejar algunos equipos de terceros siempre y cuando el representante de esas marcas provea las interfaces necesarias para tal caso. A modo de ejemplo un sistema de integración de Karl Storz puede manejar las funcionalidades de una Cialítica Maquet siempre y cuando el proveedor de Maquet facilite a Hospital la interface Maquet-Karl Storz.

El hecho de que se haya adjudicado lámparas Maquet y Torre de Laparoscopia Olympus para el Hospital Pasteur en Licitaciones recientes, les da una clara exclusividad a los proveedores de estas marcas frente al resto.

De acuerdo a estos argumentos, solo una empresa puede ofertar este ítem y esto no cumple con el Art. 33 del TOCAF.

Tampoco se estaría dando cumplimiento al Art. 43 del TOCAF.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos que se modifique el pliego de acuerdo al siguiente detalle:

1- Que se retire la inclusión de una cámara 100% compatible con las cialíticas de la sala.

2-Que se retire del pliego e manejo integrado de los siguientes equipos existentes en el Hospital: Lámpara Cialíticas, componentes de la Torre de Laparoscopia o Endoscopia.

3-En el caso de Ecógrafo y Arco en C, eliminar los detalles de penetración , color etc., que son manejables desde los propios equipos, sí que pueda utilizar las señales de video de estos equipos.

Respuesta

"Los elementos que componen el equipamiento de las salas del BQ del Hospital Pasteur, fueron adquiridos en procedimientos públicos dentro de lo que marca la normativa vigente y en forma separada por tipo de elemento, por lo cual el proveedor y marca de los mencionados elementos, no son necesariamente del mismo origen. Por otro lado, la integración de dichos elementos y equipos justamente es la capacidad de poder trabajar con todos en forma integrada, siendo competencia de cada oferente la habilidad de ofrecer la mejor solución a la situación planteada. Sin embargo y como forma de mejorar la cantidad de ofertas, podemos hacer las siguientes consideraciones a los puntos planteados en esta consulta:

1. En relación a la exigencia de incluir una cámara 100% compatible con la cialítica instalada actualmente, se elimina la obligatoriedad de cotizar la misma. Sin embargo el sistema de integración ofertado deberá ser capaz de conectarse e interactuar al 100% con dicha cámara la cual será suministrada por ASSE.

2. En donde dice:

- "El Sistema deberá manejar de manera integrada, entre otras, al menos las siguientes:
 - La luz de las Cialíticas la profundidad de iluminación, su intensidad, sus tonos y temperatura de color, las sombras, etc.
 - La luz de la Sala, modificando intensidad, dirección si fuese el caso.
 - La Intensidad de luz y el enfoque de la Cámara de Video integrada en la Cialítica.
 - Los componentes de la Torre de Laparoscopia o Endoscopia como son la Cámara o Endocámara, los videoendoscopios, la fuente de Luz, el Procesador, el grabador... "


Deberá decir:

- "El Sistema deberá manejar de manera integrada, al menos los siguientes elementos:
 - El encendido y apagado de la luz de la Sala, pudiendo eventualmente modificar su intensidad... "


3. Se suprime la exigencia de ofrecer control sobre el Ecógrafo y Arco en C en los aspectos sobre penetración, color, iluminación, manejo de imágenes, etc., siendo solamente necesaria la integración de las señales de video de estos equipos como de cualquier otro de similares características."



Andrea Pías
Directora
División Adquisiciones
A.S.S.E.



CAROLINA GURGITANO
Directora de Departamento
de Adquisiciones de la Dirección
Recursos Materiales de A.S.S.E.



Claudia Alfonso
Dpto. de Adquisiciones
R.R.M.M. de A.S.S.E.