

Montevideo, 07 de noviembre de 2017.-

**CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE
DIÁLISIS DEL CENTRO DE NEFROLOGÍA .
PERÍODO 1 AÑO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código 8 1 11 284 – 60 -Estudios de endotoxinas. Deben medir endotoxinas en agua LAL Test.(Limulus Amebocyte Lysate)

Código 8 1 11 446 – 350 -Estudios microbiológicos. Deben medir las Pseudomona Aeuroginosa y Heterpróicos a 35°C.

Las empresas oferentes deben estar habilitadas por el Ministerio de Salud Pública.