

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.**  
**DIVISIÓN ADQUISICIONES**  
**SECTOR 4**

**D.N.S.FF.AA, 26 de febrero de 2018.**

**COMUNICADO:**

Referente a la **Licitación Abreviada Ampliada N° 153/18** convocada para la adquisición de "**Mobiliario médico para Torre 5**", y en respuesta a las consultas formuladas **se informa que se encuentran disponibles en el sitio web: [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)** lo que a continuación se detalla:

- Consulta enviada por la empresa Tecno Care Ltda.
- Consulta enviada por la empresa Sanyfico S.A.
- Consulta enviada por la empresa Clap Laboratorios S.R.L.
- Respuesta de la División Abastecimientos a las consultas realizadas

**Saluda a Usted atentamente**

**El Jefe de la División Adquisiciones.**

**Coronel**

  
**Edmundo Cámara**

**EC/af**

## Adquisiciones - Funcionarios - Freitas

---

**De:** tecno care [tecnocareuy@gmail.com]

**Enviado el:** viernes, 09 de febrero de 2018 13:54

**Para:** Adquisiciones - Funcionarios - Caserta; Adquisiciones - Funcionarios - Freitas; Adquisiciones - Mesa Entrada - Repetto

**Asunto:** aclaracion LA 153/2018

Estimados buenas tardes,

En relación a la Licitación Abreviada 153/2018, solicitamos se aclare respecto al ítem N° 7 *Cama articulada con ruedas, frenos, barandas*, de cuantas funciones deben ser las mismas.

Saludos cordiales,

Por TECNO CARE LTD. - RUT: 216776960015

Andreina Cigaran.



“Certificados en Buenas Prácticas por el MSP - Setiembre 2016”

Avda. 8 de Octubre 2573  
Tel/Fax: (598) 2 487 0716  
Montevideo – Uruguay  
C.P. 11600  
E-mail: [asistenciaventas@sanyfico.com.uy](mailto:asistenciaventas@sanyfico.com.uy)  
Web: [www.sanyfico.com.uy](http://www.sanyfico.com.uy)

Montevideo 19 de Febrero de 2018

**Señores:**  
**DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD**  
**DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
**DIVISION ADQUISICIONES**  
**SECTOR 4**

De nuestra mayor consideración:

**LICITACION ABREVIADA 153/18**

Referente a la licitación abreviada ampliada N° 153/2018, se hace la consulta si se debe coordinar para realizar el armado del mobiliario en caso de ser adjudicado.

Gracias

POR SANYFICO S.A.  
SABRINA PIANZOLA  
DPTO. DE VENTAS



Montevideo 19 de Febrero de 2018

Estimados Sres. de DNSFFAA,

En relación al pliego del llamado a Licitación Abreviada N° 153/18 por "Equipamiento médico para torre 5" quisiéramos consultar la posibilidad de aceptar para los siguientes ítems las modificaciones aquí solicitadas o en su defecto, que lo propuesto sea también tomado como válido.

Ítem 1

- Colchonetas entre 6 y 10 cm sean válidas
- Ángulo de respaldo de hasta 70° sea válido
- Dado que la camilla de transporte no es una cama hospitalaria no aplica la norma 60601-2-52

Ítem 2

- Colchonetas entre 6 y 10 cm sean válidas
- Dado que la camilla de transporte no es una cama hospitalaria no aplica la norma 60601-2-52


Ítem 4

- Regulación de altura de por lo menos 104 cm

Ítems 7 y 8

- Colchones de 14 cm de alto sean válidos. Gracias a nuevos materiales y diseños es posible combinarlos para lograr colchones anti decúbito que tengan una altura menor. Además un colchón demasiado alto quita altura efectiva de la baranda y la hace menos efectiva para salidas accidentales del lecho.

Sin otro particular saluda atentamente

  
Alcides J. Sosa  
Director



190 AÑOS DE CREACION DEL  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Dirección Nacional  
de Sanidad de las FF.AA.  
Avda. 8 de Octubre 3050  
Tel.: 2 487 66 66 - Fax: 2 487 25 10

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.  
DIVISIÓN ABASTECIMIENTOS  
ASESORÍA TÉCNICA

**NOTA No.244/AS. TEC/18.-**

**Montevideo, 22 de febrero de 2018.-**

**SEÑOR JEFE DIVISION ABASTECIMIENTOS.-**

Quién suscribe Tte2º. (N.) Katy ALFONSO, cumpliendo funciones como Asesora Técnica de la División a su mando, ante usted se presenta e informa en respuesta a la Nota No. 211/ADQ/18, referente a la **LICITACION ABREVIADA N° 153/18 "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA TORRE 5".-**

Acorde a las diferentes consultas realizadas por las Empresas se esclarece lo solicitado:

- TECNO CARE LTDA: Referente al Ítem. N° 7 – Cama Articulada Eléctrica, las funciones que las mismas deben de cumplir: Articulable (subida y bajada) de la cabecera y espalda hasta 90° y Piernas; con Baranda, Cabecera y Piecera rebatible; además que presente posibilidad de regulación de nivel de la altura de la cama.-
- SANYFICO: La Empresa Adjudicada debe de ser la responsable del armado del Mobiliario.-
- CLAP LABORATORIOS S.R.L: Ítem. N° 1: Haciendo referencia a las dimensiones de la altura de la colchoneta, ajustarse a lo solicitado en el pliego.-
- Regulación del ángulo de respaldo permita hasta 90°.-
- Ítem N° 2: Referente a las dimensiones de la altura de la colchoneta, ajustarse a lo solicitado en el pliego.-
- Ítem N° 4: Según lo solicitado, las medidas serían hasta 120 cm, por lo cual lo sugerido estaría dentro de lo solicitado.-
- Ítem N° 7 y 8: La medida referente a la altura de los colchones, ajustarse a lo solicitado en el pliego.-

Asimismo, las antes mencionadas constan con el aval de la Supervisora de Centro de Materiales, la Cap. (N.) Karina Mello.-

**Saluda a usted atentamente.-**

**La Asesora Técnica de la División Abastecimientos.-**

**Tte. 2º (N.)**

**Katy ALFONSO.-**

KA/ka

