



LICITACIÓN ABREVIADA N° 04/18 “Adquisición de Equipos de Laboratorio y Accesorios”

ACLARACIONES:

1- **Para qué marca de equipo solicitan las lámparas de cátodo hueco, items 29, 30, 31 y 34 ?**

Espectrofotómetro de absorción atómica llama Varian 55A spectra; y Espectrofotómetro de Absorción atómica con horno de grafito Thermo iCE 3000 Series. La idea es que se puedan usar indistintamente en ambos equipos.