

DPTO. DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO

ANEXO I- COMPRA DIRECTA N° 221/18

MONITOR DE SIGNOS VITALES FETAL

Montevideo, 14 de Junio de 2018.-

➤ **CONSULTAS DE LA EMPRESA LABIMED:**

1. La empresa consulta referente a la bases técnicas en el punto que dice “USB para la exportación de archivos JPG a EMR”

➤ **RESPUESTA A LA EMPRESA LABIMED (Dirección Técnica)**

1. La Dirección Técnica nos informa de que debe contener “USB para la exportación de archivos de imagen, datos del paciente y datos clínicos”