

---

SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: RESPUESTA A CONSULTA 2)- L.A. N°32/18 "ADQUISICIÓN DE ARCO EN C PARA USO GENERAL"

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

---

En el marco de la L.A. N° 32/18 "Adquisición de un Arco en C para Uso General", remitimos a continuación para conocimiento respuesta a consulta 2) formulada por una firma interesada.

→ **CONSULTA 2)**

**Pregunta 1:**

"Item 1.3 Arco en C

En el pliego se establece:

- a) "Giro isocéntrico o no, con compensación automática de excentricidad"
- b) "Dimensiones reducidas menores a : 200 cm (largo) 85 cm (ancho) 180 cm (alto)
- e) " Peso del Arco inferior a 250 kg"

Nuestro equipo:

No cuenta con compensación automática de excentricidad.

Dimensiones: 212 cm de largo

Peso del Arco 338kg; dado que el peso es un síntoma de robustez.

*Solicitamos se nos permita cotizar con estas condiciones."*

**Respuesta 1:**

*"Se autoriza cotizar".*

**Pregunta 2:**

"Item 1.5 Generador de Rx

En el pliego se establece:

- b) "kv entre 40 y 120 KV, mA entre 25 y 200 mA"

Nuestro equipo cumple kv entre 40 y 120 KV, mA entre 25 y 100mA.

*Solicitamos se nos permita cotizar con esta condición."*

**Respuesta 2:**

*"Se autoriza cotizar".*

**Pregunta 3:**

"Item 1.8 Sistema Móvil de Visualización y Registro (Trolley)

En el pliego se establece:

b) "Deberá incluir dos monitores TFT LCO o LED de al menos 19" grado médico, 1 Mpx, relación 4:3 con compensación de brillo por luz ambiente ... y pantalla antirreflejo"

Los monitores modernos de grado médico no necesitan compensación de brillo.

Se solicita se permita cotizar sin esta función.

**Respuesta 3:**

"Se autoriza cotizar".

**Pregunta 4:**

"Detección de movimiento"

Los monitores modernos de grado médico no necesitan "detección de movimiento" para mejorar la resolución de la parte anatómica visualizada.

Se solicita se permita cotizar sin esta función."."

**Respuesta 4:**

"Se autoriza cotizar".



Andrea Pias  
Directora  
División Adquisiciones  
A.S.S.E.



CAROLINA GURBITANO  
Directora de Departamento  
de Adquisiciones de la Dirección  
Recursos Materiales de A.S.S.E.



Marcela Arbelo  
DPTO. ADQUISICIONES  
RR.MM. - A.S.S.E.