

Re: Consultas llamado L.A 98/2018 SUMINISTRO DE EQUIPO DE RX PORTATIL RODANTE PARA IMAGENOLOGIA PARA HOSPITAL PASTEUR

14/1/2019  
14:48:42

De: imagenologia.pasteur@asse.com.uy

Para: licitaciones.pasteur@asse.com.uy

Archivos adjuntos: Consultas Lic. Rayos Pasteur (3).pdf (117.7KB)

Buenas tardes

En relacion a la segunda consulta de la lampara del colimador se informa que la luz ambiental en un cti es intensa y se debe contar con la myor potencia posible siendo en este caso preferible contar con un lampara led o luz halogena que genere 180 a 1mt de distacia focal.

Saludos

Dra Braitmann

----- Mensaje original -----

De: "Licitaciones - Pasteur - ASSE" <licitaciones.pasteur@asse.com.uy>

Para: "Imagenologia - Pasteur - ASSE" <imagenologia.pasteur@asse.com.uy>, "ETHEL RITA BRAITMANN--ASSE" <ethel.braitmann@asse.com.uy>

Enviados: Viernes, 11 de Enero 2019 14:30:17 GMT -03:00 Montevideo

Asunto: Fwd: Consultas llamado L.A 98/2018 SUMINISTRO DE EQUIPO DE RX PORTATIL RODANTE PARA IMAGENOLOGIA PARA HOSPITAL PASTEUR

----- Mensaje reenviado -----

De: "Administracion - Pasteur - ASSE" <administracion.pasteur@asse.com.uy>

Para: "Licitaciones - Pasteur - ASSE" <licitaciones.pasteur@asse.com.uy>

CC: "Imagenologia - Pasteur - ASSE" <imagenologia.pasteur@asse.com.uy>, "ETHEL RITA BRAITMANN--ASSE" <ethel.braitmann@asse.com.uy>, "johanna hamiltonsanchez" <johanna.hamiltonsanchez@asse.com.uy>

Enviados: Viernes, 11 de Enero 2019 8:09:15 GMT -03:00 Montevideo

Asunto: Re: Consultas llamado L.A 98/2018 SUMINISTRO DE EQUIPO DE RX PORTATIL RODANTE PARA IMAGENOLOGIA PARA HOSPITAL PASTEUR

La consulta se derivó a Imagenología el día miércoles, reclamar al servicio la respuesta para que la remita directamente a Licitaciones, Diego

----- Mensaje original -----

De: "Licitaciones - Pasteur - ASSE" <licitaciones.pasteur@asse.com.uy>

Para: "Administracion - Pasteur - ASSE" <administracion.pasteur@asse.com.uy>

Enviados: Jueves, 10 de Enero 2019 14:56:11 GMT -03:00 Montevideo

Asunto: Fwd: Consultas llamado L.A 98/2018 SUMINISTRO DE EQUIPO DE RX PORTATIL RODANTE PARA IMAGENOLOGIA PARA HOSPITAL PASTEUR

Buenas tardes,

Reenviamos consulta del proveedor, el cual justifica que no le dara el plazo para cotizar sino se le responde hoy.-

Saludos,

Johanna

----- Mensaje reenviado -----

De: "Ruben Chocho" <ruben.chocho@teraing.net>

Para: "licitaciones pasteur" <licitaciones.pasteur@asse.com.uy>

CC: "Raul Bianculli" <raul\_bianculli@netgate.com.uy>

Enviados: Martes, 8 de Enero 2019 17:25:20 GMT -03:00 Montevideo

Asunto: Consultas

Adjuntamos consultas por la L/A 98/2018