SRES. DE:

DE: **DPTO. DE ADQUISICIONES**

ASUNTO: **RESPUESTAS A CONSULTAS 16 Y 17) – L.P. Nº05/20 "SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD"**

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En el marco de la *L.P. Nº 05/20 "Suministro de Reactivos Dependientes de Equipos e Insumos para la Evaluación de la Calidad"*, remitimos a continuación respuestas a consultas 16 y 17) realizadas por firmas interesadas.

➔ **CONSULTA 16)**

■ **Pregunta:**

Referente al ítem 178 – GASOMETRIA G3 - Equipo Básico y parámetros calculados, gases e iones, Creatinina, Carboxihemoglobina, Metahemoglobina.
Deseamos consultar si el parámetro Creatinina solicitado es de carácter obligatorio u opcional?

Respuesta :

Los parámetros solicitados son obligatorios.

➔ **CONSULTA 17)**

■ **Pregunta:**

En el Capitulo U referente a Insumos para equipo para determinaciones por Biologia Molecular, tenemos la siguiente duda, no se solicita en ningún item el insumo kit para extracción de ADN/ARN, siendo este insumo imprescindible para la posterior detección de los otros ítems solicitados, deberíamos incluir estos kits de extracción en la cotización de cada item?

Respuesta :

La determinación debe incluir como paso previo la extracción, la que podrá estar integrada en un solo equipo en más de uno.

Andrea Pías
Directora
División Adquisiciones
A.S.S.E

Marcela Arbelo
DPTO. ADQUISICIONES
RR.MM. - A.S.S.E.