

COMUNICADO INTERNO

Montevideo,

De: Unidad de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias.

A: Kattia Rocha
Directora
Programación y Estimación

Tema: Respuesta especificaciones de Compra limpiadores desinfectantes en base Amonios Cuaternarios

En el marco de la preparación de la Compra Directa, N° 106/20, se proyecta adquirir los ítems 4/2/12/22 detergente bacteriostático y el 4/2/16/32 desinfectante sulfato amonio cuaternario, para el resto del ejercicio.

En cuanto a lo solicitado la nominación para la compra es limpiadores desinfectantes en base amonios cuaternarios

Los mismos deben cumplir:

- ✓ Ser amonios Cuaternarios de 4ta o 5ta generación
- ✓ Limpiar y desinfectar en una sola acción, sin enjuague posterior.
- ✓ Efectivo contra bacterias, mycobacterias, levaduras, virus y hongos. Esto debe estar identificado en el etiquetado.
- ✓ Compatibilidad con las superficies a desinfectar, no ser corrosivo.
- ✓ Documentación de tiempo de acción.
- ✓ Presentación:
para superficies producto para diluir en bidón con bomba dosificadora
para equipamiento: spray con pulverizador pronto para su uso*
toallas impregnadas con el producto, prontas para su uso

* Considerar que deben ir acompañadas de toallas descartables de tipo celulosa.

*Unidad de Prevención y
Control de Infecciones Hospitalarias.*