



**PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERO CONTABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Montevideo, 17 de julio de 2020

Ref. Licitación Abreviada N° 5/2020

Según consultas recibidas informamos:

Consulta 1. Ítem 7 (equipo de destilación): En éste ítem solo se indica el volumen del balón y la junta, pero no se indica qué tipo de soporte se necesita y de qué tamaño, tampoco el tamaño de la pinza y el largo de la columna.

Respuesta: El equipo de destilación es el que se especifica en el Pliego Particular de Condiciones y la columna de fraccionamiento es tamaño estándar para uso en laboratorio escolar. Los alumnos arman su equipo para trabajar. No es necesario soporte ni pinza.

Atentamente,

Alfredo Corbo
Enc. Dpto. de Compras

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
(Universidad del Trabajo del Uruguay)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS