



1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para Kits de ELISA para determinación de Anatoxina-a en muestras de agua.
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none">Placas de ELISA de 96 posillos de competencia directa basada en el reconocimiento de Anatoxina-a por anticuerpos específicosLiofilizado Anatoxina-a-HRP conjugadoDiluyente de conjugado 12 mLLiofilizado anticuerpo Anti-anatoxina-a, 3 vialesDiluyente de anticuerpo 12 mLStandards (6): 0, 0,15, 0,40, 1.0, 2.5, 5.0 ng / mLSolución de anticuerpos, 12 mlViales ambar vacíosControl 0.75+/- 0.185ppb, 1mLDiluyente de muestra Concentrate (10X), 2 x 25 ml. Se utiliza para diluir muestrasSolución de lavado (5X) Concentrado, 100 mlSolución de color (TMB), 12 mlSolución de parada, 12 ml
3. Condiciones de entrega
<ul style="list-style-type: none">Envío y entrega del Kit acondicionado para mantener temperatura de 2-8 °C.Las entregas se realizarán según las necesidades analíticas del laboratorio las que se irán coordinando con el proveedor.
4. Vida útil
Vencimiento no menor a 1 año en el momento de entrega
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Junto al Kit debe venir: <ul style="list-style-type: none">Nº de producto y Nº de LoteFecha de vencimientoResultado de datos de: Lim. De detección, reproducibilidad y selectividadFirma de EmpresaFirma que lo representa en Uruguay.
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
No aplica
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de los requisitos establecidos, generará el consiguiente rechazo.
9. Naturaleza de la revisión.
Se agrega, con entregas coordinadas según necesidades analíticas.

Elaborado por:

Ana Gravier

Fecha:11/03/19**Revisado por:**

Ana Gravier

Fecha:11/03/2019**2 Revisión**

R.Graña

Fecha:11/03/2019**Aprobado por:**

Rita Caristo

Fecha: 29/04/2019