



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para el acetato de etilo.
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none">• Adecuado para análisis de residuos de plaguicidas• Envasado en vidrio• Residuo halogenado (CG/uECD) menor a 10 ng/L (como bp 76.5-77.5 heptaclor epóxido)• Residuo de evaporación menor 0.0001 %
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección del producto.
4. Vida útil
De estar indicada deberá ser de por lo menos 2 años a la fecha de recepción en el Laboratorio.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
El certificado de análisis debe contener como mínimo la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">• Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado• Descripción del material• Uso probable• Fecha de certificación y periodo de validéz• Resultados de análisis y sus incertidumbres• Trazabilidad• Código y número de lote• Método de análisis• Nombre y firmas de quienes certifican
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en 2., 3. y 5.

Elaborado por:

Revisado por:

2ª Revisión por:

Aprobado por:

Laura Porto

Gianella Bonari

Gianella Bonari

Rita Caristo

Fecha: 12/05/09

Fecha: 14/05/2009

Fecha: 14/05/2009

Fecha: 21/05/09



8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo .

9. Naturaleza de la revisión

No aplica, es primera versión.

LA IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA NO CONTROLADA