

**Obras Sanitarias del Estado****Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)**

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para Kits de ELISA para determinación de Cilindropermopsina en muestras de agua.
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none">Placas de ELISA de 96 posillos de competencia directa basada en el reconocimiento de cilindropermopsina por anticuerpos específicosStandards (7) y Control (1): 0, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,0, 2,0 ng / mL. Control en el 0,75 ng / mlSolución de anticuerpos (anti-conejo Cylindropermopsin), 6 mlCylindropermopsin-HRP, 6 mlDiluyente / cero, 25 ml. Se utiliza para diluir las muestras con concentraciones por encima de 2 ppb.Solución de lavado 5X Concentrado, 100 mlSolución de color (TMB), 12 mlSolución de parada, 2 X 6 ml
3. Condiciones de entrega
<ul style="list-style-type: none">Envío y entrega del Kit acondicionado para mantener temperatura de 4-8 °C.Las entregas se irán realizando según las necesidades analíticas del laboratorio y se coordinarán con el proveedor.
4. Vida útil
Vencimiento no menor a 1 año en el momento de entrega
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Junto al Kit debe venir: <ul style="list-style-type: none">Nº de producto y Nº de LoteFecha de vencimientoResultado de datos de: Lim. De detección, reproducibilidad y selectividadFirma de EmpresaFirma que lo representa en Uruguay.
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
No aplica
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de los requisitos establecidos, genera el consiguiente rechazo.
9. Naturaleza de la revisión.
Se agrega, con entregas coordinadas según necesidades analíticas.

Elaborado por:
Ana Gravier
Fecha:11/03/19**Revisado por:**
Ana Gravier
Fecha:11/03/2019**2 Revisión**
R.Graña
Fecha:11/03/2019**Aprobado por:**
Rita Caristo
Fecha: 29/04/2019