

Especificaciones para Máquina Selladora de papel grado médico.

Dispositivo de sellado y autocorte de bolsa o pouch con soporte clasificador con riel para dispensar bobinas de papel grado médico.

- Sellado y corte continuo de bolsas de papel grado médico mixto.
- De accionamiento automático.
- Con generación de bolsas o pouch de diferentes tamaños.
- Selección automática de tiempos de sellado y enfriamiento.
- Apagado automático del movimiento de rotación.
- Carcasa de acero inoxidable AISI 304 como mínimo.
- Temperatura de sellado regulable con un Max de 200C°.
- Con ajuste de la longitud y cantidad de bolsas deseadas.
- Requisito eléctrico 220-240 V
- Validación de ISO 11607-2

Se solicita informar:

- a) Si el equipo contiene algún insumo dependiente.
 - b) Acerca de los repuestos: origen, fabricante, originales o garantía de compatibilidad.
- El equipo debe brindar seguridad para el paciente, el operario y el medio ambiente, de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes sobre seguridad en el trabajo.

GARANTÍA

- 2 años mínimo.
- Se explicitará su duración, alcance y responsabilidad en forma fehaciente.
- Deberá incluir en el plazo de garantía el servicio técnico preventivo y correctivo sin cargo adicional, de acuerdo a las previsiones establecidas por el fabricante del equipo.
- Este servicio deberá prestarse de lunes a viernes de 8 a 18 horas, con un tiempo de respuesta dentro de las 24 hs de solicitado.

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

- La empresa presentará en su propuesta la cotización del servicio de mantenimiento post garantía en dos opciones:
 - a) Con respuestos.
 - b) Sin respuestos incluidos.
- Especificar que insumos se requieren para efectuar los servicios preventivos, frecuencia, cantidad y costos.

Handwritten signature:
sup. CE 27/3/2