



Obras Sanitarias del Estado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ET.GE.147

LENTES DE SEGURIDAD CON CORRECCION

Versión Vigente

Nº 01

Página 1 de 2

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para lentes de seguridad con corrección.
2. Características a cumplir - Requisitos
Livianos. Marco de grilamida resistente a las altas temperaturas. Amplia protección lateral con ventilación. Patillas con extremos rotativos suaves para evitar deslizamientos. El marco debe de poder ser utilizado para colocar lentes de prescripción. Robustos. Resistentes. Debe permitir el uso continuo en toda la jornada laboral. Alta resistencia al impacto.
3. Condiciones de entrega
Entrega del producto en su embalaje original sin alteraciones o fallas
4. Vida útil
No aplica
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Se deberá presentar la documentación que pruebe los requisitos solicitados en el punto 2.
6. Anexos

Elaborado por:

Revisado por:

2ª Revisión por:

Aprobado por:

Patricia Draper

Jeannine Laguardia

Rita Caristo

Fecha: 18/02/2014

Fecha: 18/02/2014

Fecha:

Fecha: : 18/02/2014

O:\Laboratorio - LCUCC\Especificaciones\Insumos generales\ET.GE.147 LENTES CON CORRECCION.doc



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

LENTES DE SEGURIDAD CON CORRECCION

ET. GE.147
Versión Vigente
Nº 01
Página 2 de 2



7. Muestreo

Se aplica al 100% del material recibido.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos genera el consiguiente rechazo

9. Naturaleza de la revisión.

No aplica, es primera versión.

LA IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERALMENTE SE REALIZA EN COPIA CONTROLADA