

**Obras Sanitarias del Estado****Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)**

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos generales necesarios para estándares de pesticidas.
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none">• Ampollas de 1 o 2 ml.• Disolvente adecuado: metanol, metil ter-butil éter, ciclohexano, isoctano, acetato de etilo, acetonitrilo, acetona.• Concentración: ampollas de 100 µg/ml a 1000 µg/ml.• Fecha de expiración no menor a dos años a partir de la fecha en que se reciba el material. Especificar plazo de validez en la oferta.• Certificado de análisis• Preferentemente los datos relativos al valor asignado y su incertidumbre conforme a la Guía ISO 35.• Preferentemente conformidad demostrada en la producción del material de referencia con la Guía ISO 34 o cumplimiento de la capacidad de medición de valores de propiedad con los requisitos de ISO/IEC 17025
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección del producto.
4. Vida útil
La fecha de expiración debe ser no menor a 2 años partir de la fecha en que se reciba el material.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Debe entregarse con el material un certificado de análisis que cumpla con la Guía ISO 31 en donde conste: <ul style="list-style-type: none">• Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado.• Descripción del material.• Utilización prevista.• Información sobre seguridad.• Nombre del material, código y número de lote.• Fecha de expiración• Valores certificados y sus incertidumbres• Método de análisis.• Trazabilidad a patrones internacionales• Nombre y firma de (l) responsable (s) que certifica (n).

Elaborado por:**Revisado por:****2ª Revisión por:****Aprobado por:**

Laura Porto

Gianella Bonari

Rita Caristo

Fecha: 10/04/2012**Fecha:** 19/04/2012**Fecha:****Fecha:** 19/04/2012

\\W2K3-0SE1\Archivos\Laboratorio - LCUC\Especificaciones\ET.MR. material de referencia\ET.MR.29 std pesti ver 2.doc



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ESTÁNDARES DE PLAGUICIDAS

ET.MR.29
Versión Vigente
Nº 02
Página 2 de 2

Obras Sanitarias del Estado

**Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)**

6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en 2., 3., 4. y 5. de esta especificación técnica.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera el rechazo del material.
9. Naturaleza de la revisión
Se agrega posible disolvente y se modifica rango posible de concentraciones.

LA IMPRESION DEL PRESENTE DOCUMENTO GENERA UNA COPIA NO CONTROLADA