



1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos técnicos para las pilas de Litio a emplear en los sensores Smart-Vue.
2. Características a cumplir - Requisitos
Pilas de Litio Voltaje : 3.6v. Especificación : LS 17500 Marca : SAFT o similares
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para la protección del producto.
4. Vida útil
Si corresponde se debe indicar en la etiqueta. Deberá presentar un tiempo de vigencia no menor a 2 años al ingreso al Laboratorio.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Deberá entregarse con el reactivo la documentación de la Empresa fabricante.
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento de los requisitos establecidos , generará el consiguiente rechazo del material.
9. Naturaleza de la revisión.
No aplica es la primera versión.