



### 1. Descripción del producto/servicio

La presente especificación establece los requisitos para membranas filtrantes de nitrocelulosa.

### 2. Características a cumplir - Requisitos

- Estériles.
- Individuales.
- Membranas de 47 o 50 mm de diametro y 0.45µm de tamaño de poro.
- Cuadriculadas.

### 3. Condiciones de entrega

Cajas cerradas conteniendo las membranas filtrantes.

### 4. Vida útil

Vencimiento no menor a 2 años al momento de la entrega.

### 5. Información a remitir junto con el producto o servicio

El certificado de análisis debe contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado
- Descripción del material
- Fecha de certificación y periodo de validéz
- Resultados
- Trazabilidad
- Código y número de lote
- Método de análisis
- Nombre y firmas de quienes certifican

### 6. Anexos

No aplica

### 7. Muestreo

Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en 3.,4. y 5.

### 8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados.

**Elaborado por:**  
Alejandro Ureta

**Revisado por:**

**2ª Revisión por:**  
Rodolfo Graña

**Aprobado por:**  
Rita Caristo

**Fecha:** 20/10/08

**Fecha:**

**Fecha:** 22/10/08

**Fecha:** 24/11/08

H:\Laboratorio\LCUCC\Especificaciones\ET.MV.Material de vidrio p plastico\ET.MV.01.MembranaFiltrante.doc