



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ET.GE.156

Versión Vigente

Nº 06

Página 1 de 1

Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PURGA Y TRAMPA

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los consumibles necesarios para el mantenimiento preventivo de equipo de Purga y Trampa del Área Orgánicos de la Gerencia de Gestión de Laboratorios
2. Características a cumplir - Requisitos
<ul style="list-style-type: none">Trampa #9 U-Shape tipo número de catálogo Tekmar 14-9908-403Filtro pencil para módulo de flujo (Pencil Filter, Filter Flow Module) tipo número de catálogo Tekmar 14-5661-016.Calefactor de trampa condensado tipo número de catálogo Tekmar 14-9895-220Liner inlet, direct 1.5 mm ID para PyT tipo número de catálogo Agilent 18740-80200Ferrules Vespel, for top of Tekmar Purge and Trap 1/8 tipo número de catálogo Tekmar 15-0285-016
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para protección de los productos y correcta identificación de cada uno de ellos.
4. Vida útil
No aplica
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
No aplica
6. Anexos
No aplica
7. Muestreo
Se realizará el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
✓ Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados.
9. Naturaleza de la revisión
Se actualizan consumibles necesarios.

Elaborado por:

Laura Porto

Fecha: 15/11/23

Revisado por:

Fecha:

2ª Revisión por:

Marcelo Rodríguez

Fecha: 15/11/2023

Aprobado por:

Rita Caristo

Fecha: 15/11/2023