

<H>C.D.W92928</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>

Suministro de Cámaras Termográficas Infrarrojas portátiles y livianas (de bolsillo), de tipo robusto para trabajo en campo, que cuenten con la capacidad de tomar imágenes ópticas de luz visible. El equipamiento incluirá software, licencias y certificados de calibración de los equipos cotizados, que procese las imágenes visibles y termométricas y permita realizar informes.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>

Comercial

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>

- Nombre: Mora, Marco
- Interno: 2151

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>

- Nombre: Andrea Sosa
- Grupo: 521
- Interno: 1126

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>

- COMPRA DIRECTA: W92928
- APERTURA: 27.01.2020

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>

La compra se publicó en la página web de UTE y en Compras Estatales, cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad.

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>

- VARELA HNOS
- ENEKA SA
- COASIN INSTRUMENTOS SA
- SUMINT MATERIALES Y SERVICIOS - GUILLERMO RESKE

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>

Realizado el análisis de admisibilidad técnico/formal de las ofertas presentadas al llamado, se concluye lo siguiente:

<H><U>1) VARELA HNOS</></>

El modelo que ofrece esta firma no cumple con el objeto de esta compra

por los siguientes motivos:

-, por su tamaño y peso, ya que se requiere que sea liviano y de bolsillo y este equipo no lo es.

-,,se solicita tipo de batería Li-on recargable con puerto USB de PC o laptop y cargador con cables incluidos y se ofrece de 4 pilas AA.  
-,,La resolución debe ser de 80x60 y es de 32x31  
-,,El rango de temperatura solicitado es de -10°C a 50°C y el ofrecido es de 0°C a 50°C  
-,,El display no es táctil  
-,,Además, no se presentan antecedentes de suministros similares.

Por lo expuesto anteriormente, se procede al descarte de esta oferta.

<H><U>2) ENEKA SA</></>

El modelo 1.1 Multiespectral portátil de bolsillo FLIR C2 de su oferta no cumple con la herramienta de medición ya que no cuenta con la función de Máximo y Mínimo como se solicita en las Especificaciones técnicas del capítulo III del pliego, por lo tanto, se procede al descarte de este modelo.

Con las restantes ofertas técnico/formalmente validas se procede a realizar el orden creciente de precios, el cual se expone a continuación:

<H>DIVISA DE COMPARACION:</> \$ Pesos uruguayos

<H><U>OFERENTE	P.UNIT.	VAR.%</></>
COASIN INSTRUMENTOS	\$ 30.151,44	
GUILLERMO RESKE	\$ 32.786,90	8,74
ENEKA SA Modelo 1.1	\$ 36.851,76	22,22

Tal como se desprende del comparativo que antecede, la oferta presentada por COASIN INSTRUMENTOS, resulta ser la más conveniente desde el punto de vista económico. Del análisis técnico realizado a la misma, se desprende que cumple sustancialmente con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Es de hacer notar que el precio ofertado se encuentra por debajo de la estimación realizada por la administración para la presente compra.

Por lo expuesto, se recomienda su adjudicación, según el siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>

<H>A: COASIN INSTRUMENTOS S A, N° de proveedor 21285207</>, de acuerdo con su oferta y el siguiente detalle:

<H><U>DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO
TOTAL			
</></>			
Cámara temo gráfica Fluke PTI120	30	USD 810,00	USD 24.300,00,,

TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: USD 24.300,00

TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: USD 29.646,00

TC 37,224

<H>TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: \$ 904.543,20</>

<H>TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: \$ 1.103.542,70</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>

- Plazo de entrega: 30 días ,,
- Lugar de entrega: ,,Paraguay 2480
- Modalidad de pago: 30 días
- Garantía: 2 años

UT533173 14.02.2020. VIVIANA ISABEL MEDINA