

**Sres. De:**

**De: Oficina de Licitaciones y Compras**

**Asunto: Consulta N°1 y Respuesta – C.P. N°02/2023 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
CARDIODESFIBRILADOR”**

**Fecha: 21 de marzo de 2023**

---

En virtud de la Consulta N°1 formulada por una firma interesada, en referencia al **Concurso de Precios N°02/2023 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO CARDIODESFIBRILADOR”**. La cual se remite a continuación, comunicamos a Uds. respuesta en relación a la misma:

**PREGUNTA:**

En el ANEXO I, en el cual figuran las especificaciones, en el objeto del llamado dice: "... con monitor cardíaco y medición del nivel de saturación ...", mientras que en la misma página, en el numeral 1.20 solicita "medición de PANI, FC, SpO2 y marcapasos externo".

La consulta refiere a si se debe incluir los parámetros mencionados en el literal 1.20, más allá de lo indicado en el Objeto del llamado?

**RESPUESTA:**

Los parámetros que se deben tomar en cuenta son los incluidos en el **ANEXO I – Numeral 1.20 del Pliego Único de Condiciones.**

“1.20 - Medición de la PANI, FC, SpO2 (rango entre al menos 70-99%), Marcapaso externo configurable no invasivo.”



Obs. Katherine Sampson  
Sub - Directora  
Hospital Fray Bentos - ASSE



**ALVARO ANTIVERO**  
Encargado Licitaciones y Compras  
Hospital Fray Bentos