

Montevideo, 31 de marzo de 2023

Con relación al Concurso de Precios N° **5540-2023** AROS Y BOLSAS DE COLOSTOMÍA, corresponde informar:

CONSULTA DE EMPRESA SANYFICO Y RESPUESTAS DE FARMACIA Y SUMINISTROS

Consulta –

Este material se encuentra en el llamado 25/16.

Aros de 55 no viene la medida es 57mm.

Respuesta:

Los aros y bolsas están en el Llamado de UCA 25/2016 en todas sus medidas, pero la demanda de BPS es insuficiente para cubrir el consumo de todo el ejercicio, por esto se realiza esta compra. Las demandas del referido Llamado fueron cargadas en 2016 y la realidad asistencial de la institución a cambiado considerablemente desde esa fecha por esto las demandas no se ajustan a los consumos actuales. Además el Llamado está vigente hasta el 20/06 y esta compra pretende el abastecimiento para todo el ejercicio.

Respecto a la medida no se solicita aros de 55 sino que el rango solicitado este contenido en las posibilidades de recortar del aro ofrecido, esto es que si el aro llega a 57 perfectamente puede recortarse 55.