

Consulta:

Con referencia a la Licitación Abreviada Nro. 15/23 para la adquisición de mesa quirúrgica y servicio de mantenimiento integral para el Hospital de Banco de Seguros, deseamos hacerles llegar la siguiente consulta/solicitud.

Dentro de la "Descripción Técnica" del equipo solicitado menciona como requisito excluyente que la colchoneta de la mesa tenga al menos 8 cm de espesor.

Solicitamos se permita ofertas con colchonetas de 7,5 cm en el entendido de que no afectaría sustancialmente el funcionamiento y permitiría mayor cantidad de ofertas.

Respuesta:

Las características técnicas son las solicitadas, ya tenemos mesas de 7,5 necesitamos de más