

Pregunta: En el punto 2, del anexo 2, requisitos excluyentes de la memoria descriptiva: Ítem 5: Indican que el movimiento antitendelemburg sea de al menos 35°. Solicitamos sean aceptados mesas de cirugías, cuya angulación sea de al menos 30° en movimiento antitendelemburg.

Respuesta: **NO hay inconveniente en acceder a lo solicitado.**

Pregunta: Ítem 9: Solicitamos sean permitidas ofertas que permitan al menos 30 cm de movimiento longitudinal, en lugar de 31 cm, ya que el mismo no cambia el objeto del llamado, y les permitiría contar con más ofertas.

Respuesta: **NO hay inconveniente en acceder a lo solicitado.**

Pregunta: Ítem 13.- Solicitamos sean permitidas mesas de cirugía cuya alimentación eléctrica que sea de hasta al menos 230 VAC.

Respuesta: **En este punto el rango que solicitamos incluye 230 (220 a 240) por lo cual no aplica la modificación.**

Pregunta: 4.- Soporte artroscópico para pierna con abrazadera

Botas de tracción abiertas con tira en el tobillo

Solicitamos se describan las características de cada uno.

Confirmar



Respuesta: **Es un soporte de muslo simple compuesto por una u regulable en ancho que sujeta el muslo.**

Pregunta: Y que las Botas de tracción abiertas con tira en el tobillo sean semejantes a este:



Respuesta: El modelo presentado aplica