

Montevideo, 18 de agosto 2023.

Preguntas Proveedor sobre Licitación Pública N° 5/2023 “SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS (CON EQUIPO EN PRÉSTAMO) PARA LA RAP METROPOLITANA DE ASSE ”

(La consulta se transcribe tal cual la efectuá el proveedor, biosystemscorp)

Pregunta :

Buen día, Gusto en saludar

Por favor podrían aclararnos las siguientes consultas técnicas:

- ítem: **102- Resistencias a carbapenemasas.**

a partir de qué muestras se harán las extracciones?

¿Hay un listado de targets?

- Cada cuanto tiempo (Cantidad x mes) se realizarán las corridas de muestras para los siguientes determinaciones solicitadas:

ÍTEM	Medida Variante
101	C.TRACHOMATIS Y N GONORRHOEAE
102	RESISTENCIA CARBAPENEMAS AS
103	CARGA VIRAL HCV (HEPATITIS C)
104	CARGA VIRAL HBV (HEPATITIS B)
105	GENOTIPIFICACION DE HCV
106	DETECCIÓN DE HPV
107	GENOTIPIFICACIÓN DE HPV
108	DETECCIÓN DE M.TUBERCULOSIS
109	CARGA VIRAL HIV

desde ya muchas gracias

Anna Sofía López Luce

Respuesta:

- Respecto a resistencia de carbapenemasas se requiere técnica sin extracción, se realiza a partir de hisopados rectales, y los targets mínimos son kpc, ndm, vim, oxa48 e imp-1, es un estudio que se realiza no de rutina sino cada vez que se solicita.

Con respecto a los consumos mensuales de los ítems mencionados los pueden calcular dividiendo la cantidad cargada en el pliego para cada uno entre 36 meses.