

Montevideo, 23 de octubre 2023.

Preguntas Proveedor sobre Licitación Pública N° 5/2023 “SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS(CON EQUIPO EN PRÉSTAMO) PARA LA RAP METROPOLITANA DE ASSE ”

(La consulta se transcribe tal cual la efectuá el proveedor, Siemens S.A.)

Pregunta :

20 de Octubre 2023

Consulta sobre Licitación Publica 5/2023

“SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS(CON EQUIPO EN PRÉSTAMO) PARA LA RAP METROPOLITANA DE ASSE”

Empresa: SIEMENS S.A.

A quien corresponda:

Enviamos las siguientes consultas respecto del pliego de condiciones de la LP 5/2023:
En cuanto al punto:

Instalación de módulo pre analítico en el sector de recepción de muestras independiente de los instrumentos de procesamiento de muestras. Requisitos: carga y descarga de tubos en gradillas de muestras genéricas o de los analizadores, identificación de paciente y tipo de muestra de cada tubo, apertura de tubos primarios, preparación y etiquetado de tubos secundarios, separación de alícuotas del tubo primario a tubos secundarios propiamente etiquetados, cierre de tubos primarios y secundarios, verificación de panel de pruebas completo, interfaz con el LIS del laboratorio.

Entendemos que este módulo preanalítico, el cual corresponde a un sector de recepción de muestras, no corresponde agregarlo al ítem inmunoquímica, ya que dicho módulo tal como está explicitado con las alícuotas, etc., está vinculado a todas las áreas del laboratorio, con lo cual solicitamos sea cotizado en un ítem por separado, no excluyente para cotizar inmunoquímica.

En el punto:

- Serología de enfermedades infecciosas: HIV (ag-ac), Toxoplasmosis IgG e IgM, Aidez Toxoplasmosis, Hepatitis B (ag superficie/anti ag superficie/anti core), Hepatitis C (ag-ac) y Hepatitis A IgM, ac anti Treponema pallidum, Citomegalovirus, Chagas.

Vemos en el pliego determinaciones como ser Aidez de Toxoplasmosis y Chagas que son de muy bajo volumen, de aproximadamente 0,35% de los test solicitados, solicitamos que los mismos no sean incluidos dentro de los requisitos mínimos a cotizar de modo que la institución pueda contar con una oferta cuyo costo beneficio sea más favorable.

Saluda atte.

Verónica Díaz

Respuesta:

-En cuanto al módulo pre analítico, si la oferta incluye con los analizadores todas las características pre analíticas mencionadas, se puede prescindir del mismo.

-En cuanto a serología de enfermedades infecciosas, si bien no es excluyente, se valorará aquellas ofertas que incluyan el total de los analitos solicitados.