

Montevideo, 08 de abril de 2024

Con relación al Concurso de Precios N° **7083-2024** Adquisición de un agitador incubador de placas termostatzado, corresponde informar:

**CONSULTA DE EMPRESA RIDALINE Y RESPUESTAS DE
LABORATORIO CLÍNICO**

Consulta –

Buenas tardes, quisiera consultar respecto al agitador/incubador que requieren,

Es para al menos 2 placas de qué tipo y capacidad? placas (microplacas de 96 pocillos) o placas de petri, o de cultivo celular?

Respuesta:

Es para placas de 96 pocillos.