

Montevideo, 2 de mayo de 2024.

Aclaración


Referente al llamado a **Compra Directa N° 6122/2024**, para la adquisición de "Suministro adhesivo para cánula, arnés y cables - Plan invierno n° 11780" a consulta recibida, desde el Servicio de Ingeniería Clínica se aclara:

Consulta 1: ¿"Cuál es el modelo y número de serie la marca de los equipos en los que se utilizarán los insumos detallados en los ítems 12, 13?"

Respuesta 1: "Los monitores son marca Schiller, modelo tranquility ii.
Cables ECG tamaño pediátrico 3 led 3 derivaciones.
Saturometría tamaño pediátrico."

Consulta 2: "Para el caso de los ítems 7 y 11: ¿Los insumos solicitados son descartables o reutilizables? En caso de que sean reutilizables ¿las unidades solicitadas continúan siendo las mencionadas en el Pliego?"

Respuesta 2: "Para los ítems 7 y 11 corresponde a Cables reusables, la cantidad solicitada es la correcta, es hasta... con una entrega inmediata al menos de 3 und. de cada uno."


VIRGINIA VINOLY
SERVICIO DE COMPRAS Y LICITACIONES
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

.....
Por Compras y Licitaciones CH.P.R.