



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO V

CONCURSO DE PRECIOS 72-2024 “ADQUISICIÓN DE SUTURAS MECANICAS MATERIALES PARA MACROECONOMATO.”

Montevideo, 14 de Mayo de 2024.-

Consulta de empresa Bioerix

- 1) ítem 3, 4 y 5: Se solicita aclarar si las cantidades solicitadas refieren a cartuchos o cajas.
- 2) Ítem 5 – Se solicita aclarar las cantidades solicitadas.

Respuesta departamento de Macroeconomato:

- 1) Las unidades se refieren a cartuchos.
- 2) Las cantidades son 120 unidades

Consulta de empresa Aruya:

1) ITEM 5, “en el mismo encontramos que en el pliego solicitan “CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP) EXTRA CHICO”, posteriormente indican que lo solicitado es “CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP) CHICO”, y por último solicitan “CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO 100 MM”. En este último caso no coincidiría con ningún clip hemostático existente. Solicitamos nos aclaren que tamaño de clips estarían necesitando”.

2) “También solicitamos nos indiquen la unidad de medida de los ITEM 3, 4 y 5, ya que no indican si son clips o cartuchos”.

+



3) *“De los ITEM 1 al 5, solicitan que se entreguen las clipadoras necesarias en comodato. Quisiéramos saber cuantas clipadoras se van a solicitar en cada ITEM, de que tipo, y cuanto es el tiempo por el que van a ser requeridas de estas”.*

Respuesta departamento de Macroeconomato:

- 1) El extra chico corresponde a medida de 100 y el chico a medida de 200.
- 2) La unidad es cartucho.
- 3) La cantidad de clipadoras son 3 por cada medida, los clip de 100 y 200 son para convencional (cirugía Neuro) y los de 300 y 400 para laparoscopica.

+