

Montevideo, 30 de Enero de 2026.

Referente al llamado a Compra Directa N° 1572/2026, para la adquisición de "TERMOCUNAS, MONITORES FISIOLÓGICOS"

Consulta realizada por el Proveedor

1) Para el ítem 2 para que tipo de paciente son los monitores solicitados (Adulto, Pediátricos, Neonatales).

Respuesta otorgada por el servicio:

Según lo informado por Neumocardiología de UCIN los monitores solicitados se necesitan para los tres tipos de pacientes adulto, pediátrico y neo.


Valeria Bentancort
Compras y Licitaciones
CH.P.R.

.....Valeria Bentancort.....

Por Compras y Licitaciones CH.P.R.