

Consulta: Ítem 26: El/los rotor/es para tubos falcon de 15 y 50mL deben cotizarse como opcionales o deben estar incluidos en la oferta de la centrifuga?

Respuesta: Opcional 50 con adaptador para 15.

Consulta: Ítem 118:1) Cuál es el peso a agitar?

2) Cuál es la velocidad máxima deseada?

3) Cuál es la temperatura deseada?

Respuesta:

1) Volúmenes entre 100 y 500 ml de 6 a 8 matraces adaptadores para distinto tamaño de matraz).

2) No aplica.

3) Entre 5 y 80°C.

Consulta: Ítem 54. Particle size analyzer

La UTEC puede admitir un rango algo inferior al solicitado: 17 nm a 2500 nm?

Respuesta: PREFERIRÍAMOS EL DE 10 A 3000 NM. ES EL MÁS CARO, SI NO FUERA POSIBLE PAGARLO MIRARÍAMOS EL DE 17 NM. ESTO ES DEBIDO AL TAMAÑO DE LAS PROTEINAS DE SUERO.

Consulta: Ítem 61. Rotavapor a vacío Qué balones de destilación y colección deben cotizarse?

Respuesta: PUEDEN COTIZAR UNO Y UNO en tres opciones: DE 500 ML, 1L, 2L

Consulta: Ítem 67. Liofilizador

1) Qué capacidad de frío en Kg de hielo/24hs se requiere?

2) En qué tipos de recipientes se pretende liofilizar (matraces, frascos, viales o platos)?

Respuesta:

1) 5 kg/24 horas, recipientes varios, en lo posible algunas posiciones para matraces y mucho lugar para recipientes varios

2) Desde 10 L A 20 L C 24 HS, líquidos a granel en frascos o cualquier recipiente adecuado, en lo posible cuatro bandejas removibles.

Consulta: Ítem 71. pHmetros convencionales

1) Se pretenden electrodos de gel o de electrolito líquido y el cuerpo de vidrio o plástico?

Respuesta: Electrolito Líquido y cuerpo de Vidrio. Incluir en los repuestos electrodo de pincho.

Consulta: Ítem 99. Pipetas automáticas autoclavables

1) Se admite que sean autoclavables en su totalidad a excepción de su controlador de volumen?

Respuesta: SI

Consulta: Ítem 103. Polarímetro digital

1) Se pretende trabajar a 100°C como lo indica la especificación de control de temperatura?

Respuesta: T de trabajo de 5-38 °C.

Consulta: 2) de no ser así cuál es la temperatura máx. de trabajo requerida?

Respuesta: En el ítem 103, la temperatura máxima es 38-40 °C

Consulta:3) Cuál es la precisión requerida del equipo?

Respuesta: +- 0, 1.

Consulta: 4) la frase "corrección de tempo" es un error de tipeo? A qué se refiere?

Respuesta: PRECISIÓN DE LA SONDA DE T +- 0,05°C

Consulta: Ítem 104, 105, 106,107. Refractómetros: se solicita la precisión en grados Brix de cada ítem.

Respuesta: ítem 104 +-0,5% 105 +- 0,2 % 106 +- 0,2 107 +-0,5

Consulta: Ítem 108. Titulador automático

1) Qué electrodos es necesario cotizar?

2) Se admite agitación magnética en lugar de hélice?

Respuesta:

1) Todos.

2) Si puede ser con agitación magnética.