

Consulta:

Respecto a esta consulta, no se menciona en la respuesta el plazo para el pago plaza, y tampoco figura en el pliego. Asimismo, qué plazo se maneja para la aceptación del equipamiento una vez que se entregado?

Respuesta:

Para la modalidad Plaza: El pago se realizará conforme al marco normativo vigente sobre compras estatales. El proceso de pago del 100% de cada uno de los ítems de equipamiento se iniciará una vez realizada la recepción y aceptación por parte de UTEC del equipamiento instalado, de su testeado de funcionamiento y de la recepción de la factura respectiva. En la eventualidad de que pasados los 60 días de recibidos los equipos no puedan ser instalados y testeados, por razones inherentes a la UTEC, se podrá gestionar igualmente el pago.

Consulta:

1) Respecto a la opción de cotización CIP Montevideo, en la planilla para completar las cotizaciones en línea no encuentro una opción que me lo permita realizar, solo se permite cotizar el Precio Unitario Sin Impuestos, luego tienes la posibilidad de seleccionar en Impuestos si es IVA básico o exento pero no hay una opción para cotizar CIP Montevideo. Agradezco nos indiquen cómo se cotiza en la planilla en línea en esta modalidad.

Respuesta: Con respecto de cómo ingresar esta información, solicitamos comunicarse con ACCE al tel. 29031111.

Consulta:

2) Una de las marcas de la cual ofreceremos varios equipos queremos cotizar EXW Zonamérica pues si son adjudicados los equipos se facturarán con ese Incoterm, consideramos que para la UTEC este Incoterm implica una reducción de costos respecto a la cotización CIP Montevideo.

Respuesta: Deberá presentarse la cotización en la modalidad PLAZA y/o CIF o CIP Montevideo. No se tendrán en cuenta aquellas cotizaciones cuya modalidad difiera de las mencionadas.”

Consulta:

A continuación detallo consultas acerca de la licitación pública N° 2/2014

Ítem 2: La paleta debe ser de 2, 3 o 4 paletas?

Respuesta:

De 2 o De 4.

Consulta:

Ítem 25: Los rotores para todos los volúmenes (2, 15, 50, 250 y 500mL) deben ser incluidos en la oferta de la centrífuga, o se deben cotizar como opcionales?

Respuesta:

Se deben cotizar incluidos en la oferta de la centrífuga.

Consulta:

Con respecto al ITEM 65, podrían por favor ampliar información sobre el mismo?

Se refieren a un PCR? O a una galería de identificación bioquímica de bacterias?

En caso de pruebas bioquímicas de identificación de especie tipo API, es con un equipo?

Respuesta:

El ítem 65 es una galería de identificación que corresponde a las pruebas bioquímicas API está en la descripción (consta de un lector con software que según el color identifica el microorganismo ensayado).

Consulta:

Ítem 18_ Termostato para baño de agua con agitación. Nos gustaría saber a qué se refieren con el término agitación?. Es recirculación?. De ser correcto, que tipo de agitación y velocidad?

Respuesta:

Es recirculación.