

**DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y  
LARGO PLAZO - UDELAR  
LAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 02/2017 - UDELAR**


**PLANILLA DE LOCALES  
Facultad de Veterinaria (Nueva Sede) - Udelar  
Edificio Hospital Veterinario (HV)**

**Montevideo, febrero de 2017**


R0	05.02.2017	05.02.2017	POMLP   DGA	Proyecto APL	Versión original
Rev.	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN



PLANTA BAJA PEQUEÑOS ANIMALES



PLANTA BAJA IMAGENOLOGÍA



**PLANTA BAJA GRANDES ANIMALES**

**HOSPITAL VETERINARIO, PABELLON A. PEQUEÑOS ANIMALES. 71 locales**

LOCAL 01 Sala de espera pacientes y acompañantes	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m		Identificación A01
Planta esquemática	Planta baja		
Especificaciones Físicas	AREA: 54.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques, ni aleros exteriores. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1 y 1 unidad A2. VENTILACIÓN NATURAL: Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1 y 1 unidad A2.		
	Observaciones	Acceso desde el exterior por plaza desde avenida Central.	
	Restricciones	No.	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2, y T2.2. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2, y T2.2. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2, y T2.2. Herrería y carpintería: esmalte sintético semibrillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. ILUMINACIÓN: 15 luminarias L1, tipo LED.		
	Observaciones.	Las luminarias, detectores de incendio, se colocarán fijadas directamente a cielorraso de hormigón armado.	
	Restricciones.		
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Ver planilla: 2 unidades C2 y 2 unidades C3. ABERTURA EXTERIOR: Ver planilla: 1 unidad A1 y 1 unidad A2. EQUIPAMIENTO FIJO: No EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: Si. Ver planilla, 1 unidad ME1 GRIFERÍA: No. Solo disponer de los desagües correspondientes a instalación de los quipos de AA, Mini Split. ACCESORIOS: Felpudo de acceso de buena calidad y dispositivos de seguridad para discapacitados según las normas UNIT: 200.2014. CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS: Ver planillas: 2 unidades C2, 2 unidades C3, 1 unidad A1 y 1 unidad A2.		
	Observaciones.		
	Restricciones		

Instalaciones	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si. 2 equipos Split de pared. Equipo exterior en azotea.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Suministro de equipos Mini Split. Dejar previstas cajas de pre instalación para 2 equipos.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, potencia (considerar la colocación de 5TC) y la demanda del AA. Ducto aparente PVC, 10cmx5cm., color blanco, canal +0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con datos.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si. Desagüe de equipos de AA mini Split (PVC, diámetro 40mm).</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. Detector de humo en cielorraso (ver plano).</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Ver plano de incendio.</p> <p><b>DATOS:</b> Si. Ducto aparente, 10cmx5cm, color blanco, canal +0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con potencia. Dimensionado para 5 puestos de trabajo.</p> <p><b>PARARRAYOS:</b> Considerar el sistema contra las descargas atmosféricas, incorporando los cálculos de protección de las edificaciones, los artefactos y las personas</p> <p>Determinación del tipo a aplicar en cada caso. Gráficos y memorias avaladas por técnicos especialistas en este aspecto (Facultad de Ingeniería).</p>	
	Observaciones.	Puestas de potencia: 5TC mínimo, con respaldo de 2 TC en GE de SSEE1.
	Restricciones	
<b>LOCAL 02</b> <i>Sala de internación canes-infecciosos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A02</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<p><b>AREA:</b> 10.30 m<sup>2</sup>, solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques ni alero exterior.</p> <p><b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m</p> <p><b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3.</p> <p><b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3.</p>	
	Observaciones	Acceso desde circulación central del edificio, en torno al patio central.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso con reguera central, ver planilla AI1 con pendiente mínima del 2% hacia la misma (limpieza del local con hidrolavadora).</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Pieza de hierro galvanizado esmaltado color blanco, zócalo sanitario con radio de 5cm., en todas las aristas horizontales del local.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local (determinar en el PE el detalle con la mesada ME2)</p> <p><b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1, T2.2 y T2.3.</p> <p><b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1, T2.2 y T2.3.</p> <p><b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1, T2.2 y T2.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si. Revestimiento interior con piezas de porcelanato rectificado, color blanco, de 30cmx60cm., hasta la altura de los 2.15m desde el NPTI.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias de adosar L1, tipo LED.</p>	
	Observaciones.	Las aristas verticales deben ser prolijamente terminadas y en todos los ángulos salientes deberán colocarse cantoneras de protección de aluminio anodizado color natural con perfiles L, cuyos lados no serán menores a 2cm.
	Restricciones	

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad C1.2. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad A3 (con malla contra insectos) <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, ver planilla: 1 unidad, rejilla de piso AI.1, pendiente al medio del piso del 2% mínimo. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> Si, ver planilla: 1 unidad, mesada ME2 (con pileton de AI), decantador en la base para limpieza de sólidos. <b>GRIFERÍA:</b> Si. Sistema de agua potable de OSE, con desagües y grifería de agua fría. Sistema de desagües (canos de PVC de 40mm.) de pre instalación para el sistema de AA, equipos Mini split. Considerar el suministro de equipos. <b>CRISTALES, ESPEJO, POLICARBONATO:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad C1.2 y 1 unidad A3 (con malla contra insectos). <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Dejar la instalación de unidades de AA. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. Extractores industriales de renovación de aire y ventilación forzada. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, sistema contra incendio y potencia, prever por lo menos 4 TC con 2 de ellos respaldados en GE. <b>SANITARIA:</b> Si. Pendiente en el piso para desagües agua de limpieza. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Según propuesta de asesores de sistema contra incendio en cada local. <b>EXTINCIÓN:</b> Según propuesta de asesores de sistema contra incendio en cada local.	
	Observaciones.	Respaldo de TC en GE.
	Restricciones	

<b>LOCAL 03</b> <i>Sala de internación de felinos infecciosos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A03</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.30 m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques ni alero. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 04</b> <i>Sala de internación canes no infecciosos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A04</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.30 m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques ni alero. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 05</b> <i>Sala internación felinos no infecciosos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A05</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.30 m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques ni alero. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A3.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 06</b> <b>Block endoscopia pre y post operatorio</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A06</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.00m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Variante, ver planilla: 1 unidad ME3 y 2 unidades C3. El sistema de AA y ventilación forzada se realiza por pleno en cielorraso técnico. Sobre mesada se requieren picos de abastecimiento de oxígeno (cantidad a determinar en PE).
	Restricciones	

<b>LOCAL 07</b> <b>Block endoscopia</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A07</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 30.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A5.	
	Observaciones	El sistema de AA y ventilación forzada se realiza por pleno en cielorraso técnico. Ver planillas: 2 unidades C3. Tabiques Y3.
	Restricciones	

<b>LOCAL 08</b> <b>Block endoscopia, apoyo</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A08</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.00m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas. 2 unidades C3, 1 unidad C4 y 1 unidad ME3. AA y ventilación forzada por pleno en cielorraso. Sobre mesada se requieren picos de abastecimiento de oxígeno (cantidad a determinar en PE).
	Restricciones	

<b>LOCAL 09</b> <b>Recepción de pacientes y archivo</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A09</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A01</b>	<b>AREA:</b> 10.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Si. Ver planilla: 1 unidad A1.	
	Observaciones	Local vinculado A01. Ver planilla: Mesada de atención al público ME1.

	Restricciones	
<b>LOCAL 10</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A10</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 2.45m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro (pendiente del 2% hacia la rejilla de piso). <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2, T1.3 y T2.2. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2, T1.3 y T2.2. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2, T1.3 y T2.2. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si. Revestimiento interior con piezas de porcelanato rectificado, color blanco de 30cmx60cm., hasta la altura de los 2.10m desde el NPTI. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminarias de adosar L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Las aristas verticales deben ser prolijamente terminadas y en todos los ángulos salientes deberán colocarse cantoneras de protección de aluminio anodizado color natural con perfiles L, cuyos lados no serán menores a 2cm.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla. 1 unidad C2. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Ver planilla. Pileta lavamanos de cerámica integrada e inodoro con mochila marca Ferrum, (modelo a definir en PE) color blanco, accesorios completos para baño (portarrollos de papel, percha de embutir, tapa de inodoro de PVC color blanco). <b>GRIFERIA:</b> Temporizador mecánico para lavamanos. Sifón de acero inoxidable de buena calidad. Llaves de corte de agua potable y de pozo para inodoros en el interior de cada local. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> Si. Seca mano eléctrica y dispensadora de jabón líquido sobre lavamanos (considerar los TC necesarios para su funcionamiento). Rejilla de ventilación (con malla contra insectos) y de piso a definir en detalles del PE. <b>CRISTALES, ESPEJO, POLICARBONATO:</b> Si. Ver planilla: E1	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia (TC sobre lavamanos para dispensadores). <b>COMUNICACIONES:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si. Abastecimiento de agua fría y desagües correspondientes. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	



	Restricciones	
<b>LOCAL 11</b> <i>Baño</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A11</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 2.45m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>LOCAL 12</b> <i>Vestuario, ducha</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A12</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 1.70m <sup>2</sup> . <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea.	
	Observaciones	Variante: Ver planilla: 1 unidad MA1. 1 luminaria de baño a definir en PE. Grifería, sanitaria para agua caliente y fría y zócalo. Accesorios de perchero, jabonera y asiento. ACS por calentador solar.
	Restricciones	
<b>LOCAL 12.1</b> <i>Vestuario, ducha</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A12.1</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 1.70m <sup>2</sup> . <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea.	
	Observaciones	Variante: Ver planilla: 1 unidad MA1. 1 luminaria de baño a definir en PE. Grifería, sanitaria para agua caliente y fría y zócalo. Accesorios de perchero, jabonera y asiento. ACS por calentador solar.
	Restricciones	
<b>LOCAL 13</b> <i>Enfermería internación</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A13</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.90m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variantes. Ver planillas: 1 unidad ME5 y 1 unidad ME6.
	Restricciones	
<b>LOCAL 14</b> <i>Bock quirúrgico A. Post operatorio</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A14</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.00m <sup>2</sup> . <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Va Variante: Ver planilla: 1 unidad ME3 y 2 unidades C3. El sistema de AA y ventilación forzada se realiza por pleno en cielorraso técnico. Sobre mesada se requieren picos de abastecimiento de oxígeno (cantidad a determinar en PE).
	Restricciones	

<b>LOCAL 15</b> <b>Block quirúrgico A</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A15</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 30.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A5 (malla contra insectos si corresponde). Opcional, ventilación con flujo controlado.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Sobre contrapiso armado, mortero autonivelante, acabado con pintura esmalte epoxi poliuretánico. Local con pendientes del 2% con rejillas de piso para desagües de las aguas de lavado. <b>ZÓCALO SANITARIO:</b> Pieza de hierro galvanizado esmaltado color blanco, zócalo sanitario con radio de 5cm., en todas las aristas horizontales del local. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local (determinar en el PE el detalle de acometidas de piso, cañerías de gases) <b>CIELORRASO:</b> Cielorraso de placas de yeso tomadas y continuas. Se anclarán ganchos y luces desde la losa de hormigón armado, dejando los pases en el cielorraso de yeso mediante juntas herméticas, cuyos detalles se desarrollaran en el PE. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1 y T2.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1 y T2.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1 y T2.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si: Revestimiento interior con piezas de porcelanato rectificado, color blanco, de 30cmx60cm., hasta la altura de los 2.15m desde el NPTI. Paredes y cielorraso, pintadas con pintura epoxi poliuretánico en todos los planos. Señalización de quirófano. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 Luminarias de techo tipo confort de empotrar en el cielorraso con caja y tapa de policarbonato. Las luminarias serán colocadas en el perímetro del local (no en el área central). En el centro del local sobre mesa de operaciones se colocara colgada una iluminación sialítica.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla: 3 unidades C3. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad A5. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Dotación de las siguientes prestaciones y gases médicos (oxígeno, 2 tubos y óxido nitroso, 2 tubos): sistema de vacío y aspiración (bomba de vacío) y aire comprimido (compresor de aire). Oxígeno (1 tubo), óxido nitroso (1 tubo) Total, colocación de 6 tubos en el local A70 (con acceso desde el exterior), que se derivan por tubería a sectores de operaciones en quirófanos). <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> Mesa de operaciones. <b>ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO:</b> Ver planilla unidad A5, y 3 unidades C3. <b>ACCESORIOS:</b> Desarrollar en PE las necesidades correspondientes auxiliares al uso específico.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN ARTIFICIAL:</b> Flujo laminar sobre cama de operaciones y compatibilidad de AA. La renovación de aire no debe interferir con el sector de flujo laminar (campo estéril). <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL Y EXTRACCIÓN:</b> Si, 1 extractor de ventilación en A5. <b>ELECTRICA:</b> Si, iluminación y potencia. Ductos eléctricos en todo el perímetro del local a 1.2m de altura del NPTI, y una consola eléctrica con toma corriente al lado del puesto que ocupa el cirujano en la mesa (ver plano de local), con red de datos incorporada y CCTV y audio. Caño de conexión al exterior desde la consola de anestesia. Sobre la mesa de operaciones se colocarán 3 barras de acero amuradas a la estructura del techo, para ejecutar las maniobras de las operaciones. <b>COMUNICACIONES:</b> Si. CCTV, datos, telefonía, audio y video <b>SANITARIA:</b> Si, desagües convencional a un quirófano con sus correspondientes ventilaciones de la instalación. Instalaciones de gases médicos con sus correspondientes terminales en el quirófano. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si, de acuerdo a proyecto del sistema contra incendio. <b>EXTINCIÓN:</b> Si, de acuerdo a proyecto del sistema contra incendio.	
	Observaciones.	Desagües de piso dentro de canal con pendiente a desnivel del 2% (limpieza por hidrolavadora)
	Restricciones	

<b>LOCAL 16</b> <b>Bock quirúrgico A. Pre operatorio</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A16</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.00m <sup>2</sup> . <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Va Variante: Ver planilla: 1 unidad ME3 y 2 unidades C3. El sistema de AA y ventilación forzada se realiza por pleno en cielorraso técnico. Sobre mesada se requieren picos de abastecimiento de oxígeno (cantidad a determinar en PE).
	Restricciones	

<b>LOCAL 17</b> <b>Patio abierto</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A17</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 64.80 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> A cielo abierto. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	

	Observaciones	Cantero central con 3 árboles (altura mínima 3m., especie a definir en PE), vereda y desagües pluviales según planos.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Paños de 2m., de largo de hormigón armado de 7 cm., de espesor, con malla electro soldada 15cmx15cm.x4mm., lavado rustico y reglado liso, en forma alternada, conformado por piedra granítica color gris. Las juntas abiertas no serán mayores a 3 cm. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso interior de los locales. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla: M1.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla: M1.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla: M1.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semibrillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Ver planilla: M1.1. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias escenográficas para exteriores IP65, modelo y cantidad a determinar en PE.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 2 unidades A10, 3 unidades A11 y 3 unidades A12. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO:</b> Ver planilla: 2 unidades A10, 3 unidades A11 y 3 unidades A12. <b>ACESORIOS:</b> No.	
	Observaciones.	Considerar un grifo de agua para riego y limpieza así como los desagües correspondientes para pluviales y agua de uso.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación (de pared) y potencia (por lo menos 2 TC). <b>COMUNICACIONES:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, con agua potable fría y desagües convencional con sus correspondientes ventilaciones de la instalación accesorios y grifería tipo esclusa de buena calidad. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	Vegetales: 3 ejemplares de álamo piramidal. Pavimento, ver especificación en plano de albañilería.
	Restricciones	
<b>LOCAL 18</b> <b>Laboratorio de farmacia</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A18</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.90m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad A12, 1 unidad C1 y 1 unidad ME6.
	Restricciones	

<b>LOCAL 19</b> <i>Farmacia depósito y expedición de medicamentos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A19</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 32.40m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 5.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 2 unidades A14. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 2 unidades A14.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO SANITARIO:</b> Pieza de hierro galvanizado esmaltado color blanco, zócalo sanitario con radio de 5cm., en todas las aristas horizontales del local. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T2.1 y T2.2. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T2.1 y T2.2. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T2.1 y T2.2. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si. Revestimiento interior con piezas de porcelanato rectificado, color blanco de 30cmx60cm., hasta la altura de los 2.10m desde el NPTI. <b>ILUMINACIÓN:</b> 8 luminarias de adosar L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 2 unidades A14. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> ver planilla. 1 unidad C1.1 y 2 unidades C1.2 <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> Si, ver planillas, 2 unidades ME4. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO:</b> Ver planilla: 2 unidades A14 y 1 unidad C1.1 y 2 unidades C1.2.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si para 2 equipos Mini split, UE sobre azotea no transitable. Se suministran los equipos. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, una unidad de extractor por abertura A14, con persiana de sobrepresión y malla contra insecto externa. <b>ELECTRICA:</b> Si, iluminación, datos, telefonía y potencia (no menos de 6TC). <b>COMUNICACIONES:</b> Si. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües de equipos de AA. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si, 1 sensor detector de humo, 1 boca de incendio con manguera un pulsador de alarma sonora y 1 pulsador de alarma visual. <b>EXTINCIÓN:</b> Si.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>LOCAL 20, 21 y 22</b> <i>Box atención primaria</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A20, A21 y A22</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A19</b>	<b>AREA:</b> 3.10m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	

	Observaciones	Variante: En cantidad y tipos de aberturas.
	Restricciones	

<b>LOCAL 23</b> <i>Circulación general del edificio</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A23</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 177.00m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Parcial. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Parcial.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 24</b> <i>Sala de tablero general y rack datos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A24</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de una unidad, rejilla de ventilación 20cmx20cm (con malla contra insectos), 1 unidad C1.2.	
	Observaciones	Suministro y colocación de 2 unidades mini split, las UE colocadas en azotea no transitable.
	Restricciones	

<b>LOCAL 25</b> <i>Consultorio A</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A25</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 10.30 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI, ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI, ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO SANITARIO:</b> Pieza de hierro galvanizado esmaltado color blanco, zócalo sanitario con radio de 5cm., en todas las aristas horizontales del local. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1 y T2.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1 y T2.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1 y T2.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si. Revestimiento interior con piezas de porcelanato rectificado, color blanco de 30cmx60cm., hasta la altura de antepecho bajo A8.. <b>ILUMINACIÓN:</b> 3 luminarias de adosar L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Observaciones.
	Restricciones	Restricciones

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, ver planilla, 1 unidad A8. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, ver planilla: 1 unidad C1.2. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> Si, ver planilla, 1 unidad ME11. <b>ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO:</b> Ver planilla: 1 unidad A8 y 1 unidad C1.2. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO:</b> Ver planilla unidad A8 y 1 unidad C1.2.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Suministrar unidad de mini split, UE en vereda exterior. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si, iluminación, datos, telefonía y potencia. La altura de 1 TC, 1.20m, del NPTI. <b>SANITARIA:</b> Si, abastecimiento de agua potable, desagüe con interceptor de sólidos, grifería de agua fría y accesorios en general (sifón de acero inoxidable). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si, 1 sensor detector de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 26</b> <i>Enfermería policlínico</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A26</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 9.30m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad ME7.
	Restricciones	

<b>LOCAL 27</b> <i>Apoyo farmacia</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A27</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.90m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad A12, 1 unidad C1.2 y 1 unidad ME6.
	Restricciones	

<b>LOCAL 28 y 29</b> <i>Baños</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A28 y A29</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 3.80m <sup>2</sup> . El local L62: 1.80m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad C2, 1 unidad E2 y 1 unidad ME8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 30 y 33</b> <i>Vestuario masculino y femenino, estudiantes</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación</b> A30 Y A33
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 7.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable. Determinar en PE la extracción de aire forzada de estos locales.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad C1.1. Luminarias embutidas en cielorraso.
	Restricciones	

<b>LOCAL 31 y 32</b> <i>Duchas</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación</b> A31 Y A32
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 2.20m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable. Determinar en PE la extracción de aire forzada de estos locales.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad C2 Y 1 unidad MA4. Luminaria embutida en cielorraso.
	Restricciones	

<b>LOCAL 34</b> <i>Hall vestuarios</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación</b> A34
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 11.15m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable. Determinar en PE la extracción de aire forzada de estos locales.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 35 y 36</b> <i>Vestuario masculino y femenino, docentes</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación</b> A35 Y A36
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 7.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable. Determinar en PE la extracción de aire forzada de estos locales.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad C1.1. Luminarias embutidas en cielorraso.
	Restricciones	

<b>LOCAL 37 Y 38</b> <i>Arsenalero</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación</b> A37 Y A38
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	



<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 4.05m <sup>2</sup> <b>ALTURA:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable. Determinar en PE la extracción de aire forzada de estos locales.	
	Observaciones	Variantes: Ver planilla. 1 unidad C1.1, 1 unidad ME9 y 1 unidad A13 (ventana guillotina, entrega de ropa, drogas y materiales). Luminarias embutidas en cielorraso.
	Restricciones	

<b>LOCAL 39</b> <i>Transferencia entre quirófanos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A39</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 12.45m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, ver planilla, 1 unidad compuesta A6. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ver planilla, 1 unidad compuesta A6.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad A6, 2 unidades A13, 1 unidad C1.1, 2 unidades C3, 2 unidades ME10. Luminaria embutida en cielorraso. Ventilación forzada por pleno de yeso (cielorraso).
	Restricciones	

<b>LOCAL 40</b> <i>Block quirúrgico B</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A40</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A15</b>	<b>AREA:</b> 30.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A5 (malla contra insectos si corresponde). Ventilación con flujo controlado.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 41</b> <i>Block quirúrgico B, post operatorio</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A41</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.00m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 2 unidades C3 y 1 unidad ME3 (sobre mesada se requiere oxígeno). AA y ventilación por pleno.
	Restricciones	

<b>LOCAL 42</b> <i>Block quirúrgico B, pre operatorio</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A42</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas iguales al local A02</b>	<b>AREA:</b> 10.00m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable. Determinar en PE la extracción de aire forzada de estos locales.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 2 unidades C3 y 1 unidad ME3 (sobre mesada se requiere oxígeno). AA y ventilación por pleno.
	Restricciones	

<b>LOCAL 43</b> <b>Consultorio E, oncológico</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A43</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 10.40m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME13, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A12.
	Restricciones	

<b>LOCAL 44</b> <b>Consultorio D</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A44</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 10.40m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME13, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A12.
	Restricciones	

<b>LOCAL 45</b> <b>Consultorio C</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A45</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 10.40m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME13, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A12.
	Restricciones	

<b>LOCAL 46</b> <b>Aula-consultorio C</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A46</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25, 1 unidad C1.2</b>	<b>AREA:</b> 21.00m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 2 unidades A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 2 unidades A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME13, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A12.
	Restricciones	

<b>LOCAL 47</b> <b>Consultorio B</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A47</b>
---	--	---------------------------

<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 10.30m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME11, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 48</b> <i>Aula-consultorio B</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A48</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 21.00m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 2 unidades A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 2 unidades A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME12, 1 unidad C1.2 y 2 unidades A8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 49</b> <i>Aula-consultorio A</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A49</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 21.00m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 2 unidades A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 2 unidades A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad ME12, 1 unidad C1.2 y 2 unidades A8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 50</b> <i>Patio abierto</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A50</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A17</b>	<b>AREA:</b> 81.80m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> A cielo abierto <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 10 unidades A12, 2 unidades A9 y veredas exteriores, ver especificaciones en plano de albañilería. Vegetales: 3 ejemplares de alamo piramidal.
	Restricciones	

<b>LOCAL 51</b> <i>Aula laboratorio, técnicas quirúrgicas</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A51</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A15</b>	<b>AREA:</b> 51.80m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A5 (malla contra insectos si corresponde). Ventilación con flujo controlado.	
	Observaciones	Variante. Ver planilla, 1 unidad ME14 y 2 unidades C3.
	Restricciones	

<b>LOCAL 52</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A52</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 3.70m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante. Ver planilla, 1 unidad C2, 1 unidad ME15, 1 unidad E3, 1 unidad A12.
	Restricciones	

<b>LOCAL 53</b> <b>Baño accesible</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A53</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 3.70m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variante. Ver planilla, 1 unidad C1.1 y 1 unidad E4.
	Restricciones	Aplicación específica de uso y accesibilidad universal según las normas UNIT 200:2014.

<b>LOCAL 54</b> <b>Tisanería-estar</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A54</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 8.30m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.1, 1 unidad ME16 y 1 unidad A12. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	

<b>LOCAL 55</b> <b>Sala médica</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A55</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 8.30m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.1 y 1 unidad A12. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	

<b>LOCAL 56</b> <b>Vestuario masculino funcionarios</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A56</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 8.30m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.1, 1 unidad MA2 y 1 unidad A12. Sin revestimiento interior.

	Restricciones	
<b>LOCAL 57</b> <i>Vestuario femenino funcionarios</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A57</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 8.30m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A12.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.1, 1 unidad MA2 y 1 unidad A12. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	
<b>LOCAL 58</b> <i>Oficina tecnicas quirurgicas A</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A58</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 16.95m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	
<b>LOCAL 59</b> <i>Oficina tecnicas quirurgicas B</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A59</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 16.95m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	
<b>LOCAL 60</b> <i>Oficina pequeños animales B</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A60</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 16.95m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	
<b>LOCAL 61</b> <i>Oficina pequeños animales C</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A61</b>

<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 16.95m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	

<b>LOCAL 62</b> <b>Oficina pequeños animales D</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A62</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 16.95m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	

<b>LOCAL 63</b> <b>Oficina farmacia B</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A63</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 16.95m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	

<b>LOCAL 64</b> <b>Oficina farmacia A</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A64</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 12.65m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	

<b>LOCAL 65</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A65</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 2.90m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C2 y 1 unidad ME17 y 1 unidad E5.
	Restricciones	

<b>LOCAL 66</b> <i>Oficina pequeños animales A</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A66</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 12.65m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A8. Sin revestimiento interior.
	Restricciones	
<b>LOCAL 67</b> <i>Baño</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A67</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A10</b>	<b>AREA:</b> 2.90m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C2 y 1 unidad ME17 y 1 unidad E5.
	Restricciones	
<b>LOCAL 68</b> <i>Aula audiovisuales-CCTV quirofanos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A68</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 34.60m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A7. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A7.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1.2 y 1 unidad A7. Sin revestimiento interior. Con salida de emergencia al exterior.
	Restricciones	
<b>LOCAL 69</b> <i>Acceso techado sur</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A69</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 13.40m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m. Cielorraso con placas cementicias a junta tomada y estructura hierro galvanizado. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Abierto lateralmente. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Abierto lateralmente.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad C1 y 1 unidad A7. Sin revestimiento interior. Con salida de emergencia. Acceso de alumnos a sala de audiovisuales CCTV de quirófanos. Piso: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino color negro, granillado para exteriores. Zócalos y umbral de igual material. Iluminación embutida en cielorraso tipo a definir en el PE. Puerta de salida, ver planilla, 1 unidad A4. Cristales de acuerdo a las unidades A4 y A7.
	Restricciones	

<b>LOCAL 70</b> <b>Nicho de tubos de gases</b> <b>(6 unidades)</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10m	<b>Identificación A70</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b> <b>iguales al local A25</b>	<b>AREA:</b> 1.50m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A14.	
	Observaciones	Variante: ver planilla, 1 unidad A14, muros de 20 cm., de espesor, elevado con cerámicos macizos, revocado en ambas caras.
	Restricciones	

#### HOSPITAL VETERINARIO, PABELLON B. IMAGENOLOGÍA Y OFICINAS. 47 locales

<b>LOCAL 01</b> <b>Oficina semiología A</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B01</b>
<b>Planta esquemática</b>	Panta baja	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 18.75m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques, ni aleros exteriores. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semibrillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Las luminarias, detectores de incendio, se colocarán fijadas directamente a cielorraso de hormigón armado.
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad C1.2. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad A1. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> Si. Disponer de los desagües correspondientes a la instalación de los quipos de AA, Mini Split. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas: 1 unidad C1.2, 1 unidad A1.	
	Observaciones.	
	Restricciones	



Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si. Equipo mini Split de pared. UE en vereda. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, potencia (considerar la colocación de 5TC) y la demanda del AA. Ducto aparente, 10cmx5cm, color blanco, canal +0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con datos. <b>SANITARIA:</b> Si. Desagüe de equipos de AA mini Split (PVC, diámetro 40mm). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. Detector de humo en cielorraso (ver plano). <b>EXTINCIÓN:</b> Ver plano de incendio. <b>DATOS:</b> Si. Ducto aparente metálico, 10cmx5cm, esmaltado color blanco, canal + 0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con potencia. Dimensionado para 5 puestos de trabajo. <b>PARARRAYOS:</b> Considerar el sistema contra las descargas atmosféricas, incorporando los cálculos de protección de las edificaciones, los artefactos y las personas Determinación del tipo a aplicar en cada caso. Gráficos y memorias avaladas por técnicos especialistas en este aspecto (Facultad de Ingeniería).	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 02</b> <i>Oficina semiología B</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B02</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 03</b> <i>Oficina técnicas nucleares A</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B03</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 04</b> <i>Oficina técnicas nucleares B</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B04</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 05</b> <i>Oficina técnicas nucleares C</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B05</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 18.75m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 06</b> <b>Oficina Imagenología A</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B06</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 18.75m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 07</b> <b>Oficina Imagenología D</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B07</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 14.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 08</b> <b>Tisanería</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B08</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 14.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variación: ver planilla, 1 unidad ME12.1.
	Restricciones	

<b>LOCAL 09</b> <b>Oficina laboratorio clínico A</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B09</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 18.50m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variación: ver planilla, 1 unidad ME12.1.
	Restricciones	

<b>LOCAL 10</b> <b>Oficina Imagenología B</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B10</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 11</b> <b>Patio abierto</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B11</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 26.50m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> libre a cielo abierto. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.	
	Observaciones	Cantero central con 2 árboles, 2 veredas laterales, y desagüe de pluviales. Piso compuesto por paños de 2 m., de largo de hormigón armado (e: 7cm.) con malla electro soldada (15cmx15cmx4.3mm., lavado y pulido alternativamente, compuesto con piedra granítica color gris, juntas de espesor no mayor a 2 cm. Aberturas, ver planillas, 4 unidades A8 y 2 unidades A7.
	Restricciones	

<b>LOCAL 12</b> <b>Oficina laboratorio clínico B</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B12</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 13</b> <b>Oficina Imagenología C</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B13</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 14</b> <b>Oficina dirección y archivo</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B14</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 11.65m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planillas, 2 unidades C1.
	Restricciones	

<b>LOCAL 15</b> <i>Oficina director</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B15</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 14.50m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A8.	
	Observaciones	Variante: ver planillas, 2 unidades C1. Ver planilla, 1 unidad C4 y 1 unidad C2.
	Restricciones	

<b>LOCAL 16</b> <i>Oficina laboratorio clínico C</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B16</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 17</b> <i>Acceso norte</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B17</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 5.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A4. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A4.	
	Observaciones	Variante, ver planilla, 1 unidad A4 (salida de emergencia) y 1 unidad C1.1.
	Restricciones	

<b>LOCAL 18</b> <i>Circulación general, oficinas</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B18</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 157.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI, variable de acuerdo a las aberturas. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI, variable de acuerdo a las aberturas.	
	Observaciones	Variante, diversidad de aberturas en tipo y cantidades.
	Restricciones	

<b>LOCAL 19</b> <i>Baño dirección</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B19</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 2.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2, T2.1 y T2.2. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2, T2.1 y T2.2. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2, T2.1 y T2.2. Herrería y carpintería: esmalte sintético semibrillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L3, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla, 1 unidad C2. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 rejilla de cielorraso de 20cmx20cm. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad E3 y 1 unidad ME1. <b>GRIFERÍA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> Los necesarios para una muy buena dotación de un baño principal. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas: 1 unidad C2, 1 unidad ME1 y 1 unidad E3.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Colocación de un extractor de aire forzado al exterior por cielorraso hacia azotea no transitable. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, potencia (considerar la colocación de 1TC sobre mesada) y la demanda del extractor y seca manos. <b>SANITARIA:</b> Si. Alimentación y desagüe de baño convencional, grifería y accesorios de acuerdo a PE. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No. <b>PARARRAYOS:</b> Considerar genéricamente para protección de descargas atmosféricas del edificio.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 20</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B20</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B19</b>	<b>AREA:</b> 2.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variantes: ver planilla, 1 unidad C2, 1 unidad ME2 y 1 unidad E4.
	Restricciones	

<b>LOCAL 21</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B21</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas igual a local B19</b>	<b>AREA:</b> 2.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variantes: ver planilla, 1 unidad C2, 1 unidad ME2 y 1 unidad E4.
	Restricciones	

<b>LOCAL 22</b> <b>Sala de tablero</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B22</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B01</b>	<b>AREA:</b> 5.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable y suministro y colocación de 2 equipos mini split, UE en vereda exterior al local.	
	Observaciones	Variantes: ver planilla, 1 unidad C1 y tapajuntas de la junta de dilatación dentro del local. Suministro y colocación de 2 equipos mini split. Las UE en azotea no transitable.
	Restricciones	

<b>LOCAL 23</b> <b>Depósito</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B23</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B22</b>	<b>AREA:</b> 3.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variantes: ver planilla, 1 unidad C1.2 y tapajuntas de la junta de dilatación dentro del local.
	Restricciones	

<b>LOCAL 24</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B24</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B19</b>	<b>AREA:</b> 2.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	Variantes: ver planilla, 1 unidad C2, 1 unidad E2, 1 unidad A12 y tapajuntas de la junta de dilatación dentro del local.
	Restricciones	

<b>LOCAL 25</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B25</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B19</b>	<b>AREA:</b> 2.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, ducto 20cmx20cm., por cielorraso al exterior en azotea no transitable.	
	Observaciones	
	Restricciones	

	Observaciones	Variantes: ver planilla, 1 unidad C2, 1 unidad E2, 1 unidad A12 y tapajuntas de la junta de dilatación dentro del local.
	Restricciones	

<b>LOCAL 26</b> <i>Recepción de pacientes, archivo</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B26</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas, igual a local B01</b>	<b>AREA:</b> 16.50m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A2 compuesta. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A2 compuesta.	
	Observaciones	Variante: Ver planilla, 1 unidad ME3.
	Restricciones	
<b>LOCAL 27</b> <i>Sala espera de pacientes y acompañantes</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B27</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B01</b>	<b>AREA:</b> 38.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A2 compuesta. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A2 compuesta.	
	Observaciones	Variante: Ver planillas, 1 unidad C3, 1 unidad C1.2, 2 unidades C2, 1 unidad A2 compuesta., con puerta automática de 2 hojas y felpudo.
	Restricciones	

<b>LOCAL 28</b> <i>Galería</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B28</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 77.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Son 12 pilares metálicos compuestos por 2PNC, cada uno, dimensionados según cálculo de estructura portante del PE.
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro, granillada para exteriores. Varía el piso entre el HV/GA y el local B34, donde se colocará piso elástico de goma, del tipo que indica la marca Fénix ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semibrillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 9 luminarias de techo, 1 unidad por modulo (descentradas por el polipasto) tipo LED, tipo IP65.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> No. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planillas: 3 unidades A3, 1 unidad A2 y 1 unidad H1 del pabellón C, HV/GA. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si. Polipasto eléctrico con comando, carga estimada 1000 kg. Este aparato se cuelga de la losa de techo de la galería. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas, 3 unidades A3, 1 unidad A2 y 1 unidad H1 del pabellón C, HV/GA.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
LOCAL 29 Limpieza de materiales del laboratorio clínico	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	Identificación B29
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	<b>AREA:</b> 9.55 m², solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m -3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: extractor con rejilla y malla contra insectos, 20cmx20cm.	
	Observaciones	Descarte de residuos sólidos hospitalarios, en bolsas, y líquidos en vertedero con decantador (orina y sangre).
	Restricciones	



Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO SANITARIO:</b> Piezas de acero inoxidable, en todo el perímetro del local, radio no menor a 5cm. <b>UMBRAL:</b> ídem pavimento, con pendiente del 2% hacia galería. <b>CIELORRASO:</b> De yeso a junta tomada con estructura de hierro galvanizado, luminarias y difusores del aire acondicionado (AA) embutidos. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.2, T2.2 y T2.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.2, T2.2 y T2.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M1.2, T2.2 y T2.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético semibrillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si. Piezas de porcelanato rectificado color blanco de 60cmx30cm, en todos los cerramientos del local, hasta la altura de 2.15cm. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L3 sobre mesada y 2 luminaria L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si. 1 unidad extractor/rejilla, y malla contra insectos de 20cmx20cm. <b>ABERTURAS INTERIOR:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad C1 <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> Si. Ver planillas, 1 unidad ME4 y 1 unidad ME4.1. <b>GRIFERÍA, CANOS Y ACCESORIOS:</b> Dotación sanitaria de abastecimiento y desagüe de agua potable fría y dispositivos para traslado de gases medicinales a los necesarios en los laboratorios. <b>ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO:</b> Ver planilla: 1 unidad C1.2. <b>ACCESORIOS:</b> Si. Descarte de residuos sólidos hospitalarios, en bolsas, y líquidos en vertedero con decantador (orina y sangre).	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si. Aire acondicionado centralizado, con renovación tipo laboratorio. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, datos y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si. Abastecimiento (agua fría) y desagües (decantadores y vertedero). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. Detectores de humos. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 30</b> <i>Deposito, laboratorio clínico</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B30</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a B29</b>	<b>AREA:</b> 9.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. A través de rejilla de ventilación de 20cmx20cm, a ducto en azotea (con malla contra insectos). Cielorraso de yeso, junta tomada.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 31</b> <i>Muestras, laboratorio clínico</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B31</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas igual a B29</b>	<b>AREA:</b> 3.95m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. A través de ventanilla mesada ME5.	
	Observaciones	Variante: Ver planilla, 1 unidad ME5. Cielorraso de yeso, junta tomada.
	Restricciones	

<b>LOCAL 32</b> <b>Laboratorio clínico</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B32</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a B29</b>	<b>AREA:</b> 52.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. A través de rejilla de ventilación de 20cmx20cm, a ducto en azotea (con malla contra insectos).	
	Observaciones	Variante: Ver planilla, 1 unidad ME6, con 4 picos de abastecimiento de gas, 1 unidad A5, 1 unidad C3, piletas de acero inoxidable de 18cm., de profundidad y grifería tipo bar (brazo alto) de mesada. Dotación de agua fría y caliente sanitaria (ACS).
	Restricciones	

<b>LOCAL 33</b> <b>Circulación de laboratorios</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B33</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a B01</b>	<b>AREA:</b> 38.15m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 5.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A9. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla: 1 unidad A9.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 2 unidades C1.1, 2 unidades C1.2, 1 unidad C2 y 4 unidades C3, 1 unidad A4 (salida de emergencia) 1 unidad A9 y 1 unidad ME5.
	Restricciones	

<b>LOCAL 34</b> <b>Ecografía. Aula consultorio</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B34</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B29</b>	<b>AREA:</b> 29.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.90m (instalación de polipasto). <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejillas de inyección y extracción de AA.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME11 (con 1 pico de abastecimiento de gas), 1 unidad A3 (acceso de animales al local por polipasto, coordinación de dotaciones de AA e iluminación), piso elástico de goma del tipo indicado de la marca Fénix ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ) pendiente del 2% mínimo, con escurrimiento al exterior. Muros de mampostería de ladrillo macizo de prensa, e: 20cm., revocado y pintados con pintura epoxi, o revestidos con cerámicos de porcelanato color blanco de 60cmx30cm. Agua potable para lavado (hidrolavadora).
	Restricciones	

<b>LOCAL 35</b> <i>Laboratorio central. Técnicas nucleares</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B35</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B29</b>	<b>AREA:</b> 52.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A5.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME7 (con 4 picos de abastecimiento de gas), 1 unidad A5 y 1 unidad C3.
	Restricciones	

<b>LOCAL 36</b> <i>Archivo RX</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B36</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas igual a local B29</b>	<b>AREA:</b> 4.65m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, a ducto en azotea.	
	Observaciones	Variantes: 1 unidad de iluminación de señalización de uso del local B37, baliza de luz roja sobre abertura C1, acceso al mismo y 2 unidades C1.
	Restricciones	

<b>LOCAL 37</b> <i>Cámara oscura RX</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B37</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B29</b>	<b>AREA:</b> 4.60m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, a ducto en azotea.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME10, 1 unidad de iluminación de señalización de uso del local B37 en local B36, baliza de luz roja sobre abertura C1.
	Restricciones	Nota: Con un sistema digital de revelado, este local no es necesario.

<b>LOCAL 38</b> <i>Laboratorio de RX</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B38</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas, igual a local B29</b>	<b>AREA:</b> 41.70m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.90m (instalación de polipasto). <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejillas de inyección y extracción de AA.	

	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME14 (1 pico de abastecimiento de gas), 2 unidades C1, 1 unidad MA1, 1 unidad A3 (acceso al local y polipasto, coordinación de cielorraso con AA e iluminación), 3 visores de placas de RX (VPRX: 160cmx50cm., distancia a la pared de 20cm., placas de policarbonato blanco traslucido, estructura de tubulares de 3cmx3cm., aluminio anodizado color natural, 2 tubos fluorescentes de 36watt cada uno, inter distanciados a 25cm. Piso elástico de goma del tipo indicado de la marca Fénix ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ) pendiente del 2% mínimo, con escurrimiento al exterior. Muros de mampostería de ladrillo macizo de prensa, e: 20cm., revocado y pintados con pintura epoxi, o revestidos con cerámicos de porcelanato color blanco de 60cmx30cm. Agua potable para lavado (hidrolavadora).
	Restricciones	

<b>LOCAL 39</b> <i>Equipos, laboratorio central. Técnicas nucleares</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B39</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a B29</b>	<b>AREA:</b> 7.10m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A6. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planilla, 1 unidad A6.	
	Observaciones	Variantes. Ver planillas, 1 unidad ME8 (4 picos de abastecimiento de gas), 1 unidad A6 y 1 unidad C1.
	Restricciones	

<b>LOCAL 40</b> <i>Cuarto caliente, laboratorio central. Técnicas nucleares</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B40</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B29</b>	<b>AREA:</b> 7.10m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, a ducto en azotea.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME9 (4 picos de abastecimiento de gas) y 1 unidad de rejilla en cielorraso de 20cmx20cm.
	Restricciones	

<b>LOCAL 41</b> <i>Control negatoscopio</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B41</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B29</b>	<b>AREA:</b> 14.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, en cielorraso, a ducto en azotea.	

	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad C3, 2 unidades C1, 1 unidad C5, 2 unidades MA1 (cristales con plomo), 2 mesadas de control para tomografías y RX (con disparadores para tomografías y RX). Muros de mampostería de ladrillo macizo de prensa, e: 20cm., revocado en ambas caras y pintados con pintura epoxi.
	Restricciones	

<b>LOCAL 42</b> <i>Laboratorio/aula semiología</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B42</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B29</b>	<b>AREA:</b> 52.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m - 3.00m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planillas, 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ver planillas, 1 unidad A5.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME7 (4 picos de abastecimiento de gas), 1 unidad A5, y 1 unidad C3.
	Restricciones	

<b>LOCAL 43</b> <i>Sala de rack</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B43 Y B44</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B23</b>	<b>AREA:</b> 7.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, en cielorraso a pleno de ventilación.	
	Observaciones	Aire acondicionado de 2 equipos minisplit.
	Restricciones	

<b>LOCAL 44</b> <i>Baño accesible</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B43 Y B44</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B19</b>	<b>AREA:</b> 3.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, en cielorraso a pleno de ventilación.	
	Observaciones	Variantes: Cielorraso de yeso a junta tomada, 1 unidad ME13, 1 unidad E5 y 1 unidad C2. Cumplimiento de las normas UNIT200:2014.
	Restricciones	

<b>LOCAL 45</b> <i>Tisanería</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B45</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B19</b>	<b>AREA:</b> 3.00m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejilla de 20cmx20cm, con malla contra insectos, en cielorraso a pleno de ventilación.	

	Observaciones	Variantes: Cielorraso de yeso a junta tomada, 1 unidad ME12 y 1 unidad C2.
	Restricciones	

<b>LOCAL 46</b> <i>Laboratorio tomografía</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación B46</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas iguales a local B29</b>	<b>AREA:</b> 41.70m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.90m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejillas de inyección y extracción de AA.	
	Observaciones	Variantes: Ver planillas, 1 unidad ME14 (1 pico de abastecimiento de gas), 1 unidad C1, 1 unidad MA1, 1 unidad A3 (acceso al local y polipasto, coordinación de cielorraso con AA e iluminación). Piso elástico de goma del tipo indicado de la marca Fénix ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ) pendiente del 2% mínimo, con escurrimiento al exterior. Muros de mampostería de ladrillo macizo de prensa, e: 20cm., revocado y pintados con pintura epoxi, o revestidos con cerámicos de porcelanato color blanco de 60cmx30cm. Agua potable para lavado (hidrolavadora).
	Restricciones	

<b>LOCAL 47</b> <i>Local auxiliar para equipos de apoyo (AA). Entrepiso sobre local B41.</i>	<b>Ubicación:</b> planta primer nivel N 3.20. Corresponde con el nivel +32.70m.	<b>Identificación B47</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta primera.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 16.20m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 1.90m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por rejillas de inyección y extracción de AA.	
	Observaciones	
	Restricciones	

#### HOSPITAL VETERINARIO, PABELLON C. GRANDES ANIMALES. 59 locales

<b>LOCAL 01, 04, 48 y 51</b> <i>Oficinas de rumiantes y equinos</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10 y + 34.70	<b>Identificación C01, C04, C48 y C51</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja (C01 y C04) y planta alta (C48 y C51).	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 17.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Las luminarias, detectores de incendio, se colocarán fijadas directamente a cielorraso de hormigón armado.
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad C1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad A1. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, disponer de desagüe correspondientes para equipo de AA, Mini Split. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas: 1 unidades A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si. Equipo Split, 9000 BTU de pared. Unidad exterior en planta baja. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, potencia (considerar 4 puestos de trabajo) y la demanda del AA. Ducto aparente metálico, 10cmx5cm, esmaltado color blanco, canal +0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con datos. <b>SANITARIA:</b> Si. Desagüe de equipos de AA mini Split (PVC, diámetro 40mm). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. Detector de humo en cielorraso (ver plano). <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> Si. Ducto aparente metálico, 10cmx5cm, esmaltado color blanco, canal + 0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con potencia. Dimensionado para 4 puestos de trabajo. <b>PARARRAYOS:</b> Considerar el sistema contra las descargas atmosféricas, incorporando los cálculos de protección de las edificaciones, los artefactos y las personas Determinación del tipo a aplicar en cada caso. Gráficos y memorias avaladas por técnicos especialistas en este aspecto (Facultad de Ingeniería).	
	Observaciones.	Dimensionar para 4 puestos de trabajo.
	Restricciones	

LOCAL 02, 03, 49 y 50 Oficina rumiantes y equinos	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10 y + 34.70	Identificación C02, C03, C49 y C50
Planta esquemática	Planta baja (C02 y C03) y planta alta (C49 y C50).	
Especificaciones Físicas	AREA: 10.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1. VENTILACIÓN NATURAL: SI. Por aberturas, ver planilla 1 unidad A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M3.1 y T2.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad C1.2. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad A1. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, disponer de desagüe correspondientes para equipo de AA, Mini Split. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas: 1 unidades A1.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si. Equipo Split, 9000 BTU de pared. Unidad exterior en planta baja. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación, potencia (considerar 2 puestos de trabajo) y la demanda del AA. Ducto aparente metálico, 10cmx5cm, esmaltado color blanco, canal +0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con datos. <b>SANITARIA:</b> Si. Desagüe de equipos de AA mini Split (PVC, diámetro 40mm). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. Detector de humo en cielorraso (ver plano). <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> Si. Ducto aparente metálico, 10cmx5cm, esmaltado color blanco, canal + 0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con potencia. Dimensionado para 2 puestos de trabajo.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

LOCAL 05 Circulación oficinas	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	Identificación C05
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	AREA: 28.40m², solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: Si. Por aberturas, ver planilla 2 unidades A2.	
	Observaciones	
	Restricciones	



<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2 y T2.1. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2 y T2.1. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1, T1.2 y T2.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir5 <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Ver planilla: 5 unidades C1.1 y 4 unidades C1.2. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 2 unidades A2. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> Si. Escalera (14 escalones de 18.5x27cm), 1 unidad H2-C5. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas: 2 unidades A2.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. Detector de humo en cielorraso (ver plano). <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 06 y 10</b> <b>Sala de rack</b> <b>Sala de tableros</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C06 y C10</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 4.70m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques, ni aleros exteriores. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, por 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por 1 unidad A5.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M4.1, M4.2 y M6.4. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M4.1, M4.2 y M6.4. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M4.1, M4.2 y M6.4. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	

	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> No. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: 1 unidad A3 y 1 unidad A4. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Ver planillas: 1 unidades A4.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. Para local C10, gabinete del tablero eléctrico. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones	Para local C10, gabinete del tablero eléctrico.
	Restricciones	

<b>LOCAL 07</b> <i>Tisanería</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C07</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 3.75m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por ducto 20x20cm., en azotea.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Emplacado de yeso con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1 y M4.2. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1 y M4.2. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.1 y M4.2. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, sobre mesada 2 hileras, en 3 de las caras. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad C1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 1 unidad ME1. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, pileta simple de 15cm., de profundidad, de acero inox., grifería mono comando, sifón e interceptor de sólidos. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones	Rejilla de ventilación en cielorraso de 20x20cm.
	Restricciones	

Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> si, la necesaria para una Tisanería (abastecimiento y desagües). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 08</b> <i>Baño accesible</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C08</b>
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	<b>AREA:</b> 3.95m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por ducto 20x20cm., en azotea.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Emplacado de yeso con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y T1.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y T1.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y T1.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, en 3 de las caras del local. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 1 unidad lavamanos, 1 unidad inodoro, 1 unidad barra fija y 1 unidad barra móvil. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, grifería para baño. <b>ACCESORIOS:</b> Si, jabonera, porta rollo de papel higiénico de acero inox., y percha. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, espejo electrolítico 1 unidad E1.	
	Observaciones.	Debe cumplir todas las normas de la IDM para accesibilidad de las personas al medio físico, UNIT 200/2014.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para un baño de discapacitados (abastecimiento y desagües). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 09</b> <i>Baño</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C09</b>
--------------------------------	---	---------------------------

<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 3.75m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por ducto 20x20cm., en azotea.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Emplacado de yeso con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y M4.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y M4.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y M4.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, en 3 de las caras del local. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 1 unidad ME2 y 1 unidad inodoro. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, grifería para baño. <b>ACCESORIOS:</b> Si, jabonera, porta rollo de papel higiénico de acero inox., y percha. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, espejo electrolítico 1 unidad E2.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para un baño (abastecimiento y desagües). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 11, 14</b> <b>Vestuario masculino y</b> <b>vestuario femenino</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C11 y C14</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 22.30m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques, ni aleros. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, por 1 unidad A5. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por 1 unidad A5.	
	Observaciones	Incluye el hall de acceso al vestuario.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M4.2, M4.3, M6.4 y M6.5. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M4.2, M4.3, M6.4 y M6.5. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M4.2, M4.3, M6.4 y M6.5. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, en 4 de las caras del local. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 3 unidades C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: Si, 1 unidad A5. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 1 unidad C2, 1 unidad MA1 y 2 unidades MA2. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, grifería para ducheros. <b>ACCESORIOS:</b> Si, 3 jaboneras y 3 perchas. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A5.	
	Observaciones	Considerar la instalación en la azotea de 1 colector solar para agua caliente sanitaria (ACS), con tanque dimensionado para la cantidad de duchas en ambos vestuarios.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para 1 vestuario colectivo (abastecimiento y desagües). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	Estudiar en el PE, la necesidad de extracción forzada.
	Restricciones	

<b>LOCAL 12 y 13</b> <i>Baños de vestuarios</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C12 y C13</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 3.10m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por ducto 20x20cm., en azotea.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Emplacado de yeso con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y T1.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y T1.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y T1.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, en 3 de las caras del local. <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 1 unidad ME3 y 1 unidad inodoro. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, grifería para baño. <b>ACCESORIOS:</b> Si, jabonera, porta rollo de papel higiénico de acero inox., y percha. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, espejo electrolítico 1 unidad E3.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para un baño (abastecimiento y desagües). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 15 Y 18</b> <b>Quirófano A y B</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C15 y C18</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 38.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, por abertura 1 unidad A9. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, por abertura 1 unidad A9.	
	Observaciones	Aire acondicionado y otras varias instalaciones más tales como el polipasto, todas ellas colgadas del cielorraso del local. Promedio de internación de 8 a 12 equinos por día. Mobiliario accesorio a operaciones mesadas fijas y móviles de AI, por ejemplo aspiradoras industriales (retiro de residuos de operaciones sólidos y líquidos).
	Restricciones	

Terminaciones	<p><b>PISO:</b> Piso hormigón terminación lisa tipo helicóptero, con tratamiento auto nivelante y pintura de piso resistente. El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado en el sector donde se posiciona la camilla, ya que pesa aprox. 750kg.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Sanitario de piezas de acero inoxidable en todo el perímetro de curvatura con radio de 5cm.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local.</p> <p><b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. Parcialmente cielorraso para tapar ductos de aire acondicionado y ventilación artificial.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4, M6.3 y M6.5.</p> <p><b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.1/M6.4, M6.3 y M6.5. Fino pintado, por sobre los 2.20m., de altura. Puede ser Bloque vibrado pintado acabado con pintura epoxi, en ese caso no necesita revestimiento de porcelanato.</p> <p><b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4, M6.3 y M6.5. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, porcelanato rectificado blanco 60x30cm., hasta 2.20m., en los 4 lados (ver revoque interior).</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias de techo tipo confort, en el perímetro de la mesa de operaciones, luminaria de adosar en cielorraso con caja de policarbonato (tubos fluorescentes de embutir o sobreponer con 3 tubos y difusores, estancos). Sobre la mesa de operaciones se colgará del cielorraso foco/s de luz sialítica a determinar el modelo y la cantidad de las mismas.</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
	Aberturas, protecciones y equipamientos	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A11, 2 unidades H3.1, el cierre necesariamente debe ser desde el interior del quirófano.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Ver planilla: Si, 1 unidad A9.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, polipasto superior de 1000kg, ganchos y hierros accesorios a la mesa de operaciones colgados del cielorraso inter distanciados 0.80m., largos a determinar con profesionales veterinarios.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si, grifería para limpieza de local con hidro lavadora.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Mesadas de apoyo de acero inoxidable, aspiradoras (equipamiento móvil).</p> <p><b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A9.</p>
	Observaciones	
	Restricciones	
Instalaciones	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si, instalación de AA.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para un baño (abastecimiento y desagües).</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Si.</p> <p><b>DATOS:</b> Si.</p>	
	Observaciones.	Consola de varios TC al lado de mesa de operaciones del lado del cirujano; AUDIO, video y CCTV; vacío; CO2; Oxígeno; aire comprimido; sanitaria, aspiradoras industriales para extraer residuos líquidos y sólidos. Considerar 2 puestos de trabajo.
	Restricciones	
LOCAL 16 Arsenalero	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	Identificación C16

<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 11.45m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A11 (parte), 1 unidad ME4, 1 unidad A12, 1 unidad C3 y 4 unidades C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, grifería para ME4. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 2 unidades A11 (parte), 1 unidad A12.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para mesada ME4 (abastecimiento y desagües) con interceptor de sólidos. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> Si. <b>DATOS:</b> Si.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 17</b> <b>Transferencia</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C17</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 11.75m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	



Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A11 (parte), 1 unidad A12, 1 unidad ME5 y 3 unidades C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, grifería para ME5. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A11 (parte) y 1 unidad A12.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, la necesaria para mesada ME5 (abastecimiento y desagües) con interceptor de sólidos. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> Si. <b>DATOS:</b> Si.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

LOCAL 19 Depósito	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	Identificación C19
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	AREA: 8.80m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: No.	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3 y M6.5. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3 y M6.5. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3 y M6.5. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad C1.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> Si. <b>DATOS:</b> Si.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 20, 21, 25 y 26</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación</b> C20, C21, C25 y C26
<b>Box derribo y recuperación</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 10.90m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Box derribo: 20 y 26 Box recuperación: 21 y 25 Aire acondicionado y otras varias instalaciones más tales como el polipasto, ganchos, todas ellas colgadas del cielorraso lo local.
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Piso elástico de goma del tipo indicado en la marca FENIX, ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado en el sector donde se posiciona la camilla, ya que pesa aprox. 750kg. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3 <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3 <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, en 4 de las caras del local, con placas de material elástico de goma del tipo indicado en la marca FENIX, ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). <b>ILUMINACIÓN:</b> luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 2 unidades H3.1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, polipasto superior de 1000kg, ganchos accesorios, etc. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> Si, coordinación y vínculo con paso de polipasto por dentro del local, y en relación a las aberturas y cierres de los locales. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
LOCAL 22 y 23 <i>Laboratorio rumiantes, enfermería internación</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación</b> C22 y C23
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	<b>AREA:</b> 5.90m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.5. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.5. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.5. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, porcelanato rectificado blanco 60x30cm., hasta 2.20m., en los 4 lados (ver revoque interior). <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A13. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, mesada ME6, con pileta profunda de acero inoxidable, e interceptor de sólidos. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, alimentación de agua potable y desagües. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A13.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si, suministro y colocación de mini split. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, instalación propia de laboratorio. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	

<b>LOCAL 24</b> <b>Sala médica internación</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C24</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 5.90m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.2 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	

	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A13. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A13.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si, suministro y colocación de mini split. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> Si.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 27</b> <b>Circulación</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C27</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 43.60m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso elástico de goma del tipo indicado en la marca FENIX, ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales H 5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Polipasto de acceso a quirófanos A y B. Regueras H5 en el perímetro de los muros.
	Restricciones.	

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 4 unidades H3.1, 3 unidades H3, 3 unidades A13, 1 unidad A14. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 2 unidades H1 y 1 unidad A10. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, polipasto superior de 1000kg, ganchos accesorios, etc. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües y grifos de agua de servicio para lavado. <b>ACCESORIOS:</b> Coordinación y vínculo con paso de polipasto por dentro del local, y en relación a las aberturas y cierres de los locales. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 3 unidades A13, 1 unidad A10.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, grifos de agua para limpieza y desagües. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 28, 29 y 30</b> <b>Box post operatorios</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación</b> C28, C29 y C30
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 14.40m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> Variable. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Los muros laterales no llegan al cerramiento superior de ISODEC.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso elástico de goma del tipo indicado en la marca FENIX, ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales tipo H5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad H3. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 1 unidad A6. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, Ganchos, bretes a determinar en cada box. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> Relacionado a la necesidad de cada box de internación. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 3 unidades A13, 1 unidad A10.	
	Observaciones.	

	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. Eléctrica fuera de los boxes concentrado en un tablero derivado accesible en las circulaciones cercanas al box por el personal de servicio. <b>SANITARIA:</b> Si, grifos de agua para limpieza. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 31</b> <b>Circulación</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C31</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 43.60m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.30m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso elástico de goma del tipo indicado en la marca FENIX, ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales H5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad H3, 1 unidad A14. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 1 unidad H1. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües y grifos de agua de servicio para lavado. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones	Regueras H5 en el perímetro de los muros M6.3.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, grifos de agua para limpieza y desagües. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	

	Observaciones.	
	Restricciones	

LOCAL 32 y 34 Vestuario femenino y masculino	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10		Identificación C32 y C34
Planta esquemática	Planta baja.		
Especificaciones Físicas	AREA: 7.50m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si, por abertura A6.1. VENTILACIÓN NATURAL: Si, por abertura A6.1.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: No. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Paneles auto portantes y aislantes de espesor igual a 10cm. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. ILUMINACIÓN: Luminarias L1, tipo LED.		
	Observaciones.	Revestimiento interior solo en el duchero en 3 caras, hasta 1.80m, de altura desde el NPTI. Zócalo de tubular de aluminio color blanco, sección, 5cmx2.5cm.	
	Restricciones.		
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Si, 1 unidad A14. ABERTURA EXTERIOR: Si, 1 unidad A6.1. EQUIPAMIENTO FIJO: Si, 1 unidad C4 y 1 unidad MA3. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. SANITARIA: Si, desagües y alimentación de agua potable fría y caliente en duchero. ACCESORIOS: Si, Grifería de ducha completa para agua fría y caliente. Extractor de aire. CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS: Si, 1 unidad A14.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. SANITARIA: Si, grifos de agua potable fría, caliente y desagües. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si. EXTINCIÓN: No. DATOS: No.		
	Observaciones		
	Restricciones		

<b>LOCAL 33</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C33</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 2.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.60m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	



	Observaciones	Rejilla 20cmx20cm., colocada en el cerramiento superior del local.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Paneles auto portantes y aislantes de espesor igual a 10cm. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.5. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.5. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: T1.3 y M6.5. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, en 4 de las caras del local. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A14. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, pileta chica e inodoro con mochila. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües y alimentación de agua potable fría en pileta e inodoro. <b>ACCESORIOS:</b> Si, Grifería completa para agua fría. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A14.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, grifos de agua potable fría y desagües. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>LOCAL 35 y 43</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	
<b>Circulación</b>	<b>Identificación C35 y C43</b>	
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 30.20m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> Variable. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Piso elástico de goma del tipo indicado en la marca FENIX, ( <a href="http://www.productosfenix.com.ar">www.productosfenix.com.ar</a> ). El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. <b>Pendientes mínimas a regueras perimetrales H5, del 2%</b> <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones	Regueras H5 en el perímetro de los muros M6.3.
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> No. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 2 unidades A6, 1 unidad A14. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 4 unidades H4 y 1 unidad ME7. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües y grifos de agua de servicio para lavado. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, para la unidad A7.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, grifos de agua potable fría y desagües por H5. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
LOCAL 36, 37, 38, 40, 41 y 42	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	
Box equinos no infecciosos		
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	<b>AREA:</b> 14.40m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> Variable. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de la nave. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de la nave (ventilación cruzada por aberturas A6).	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Piso de portland con dibujo antideslizante. El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales H5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> Sanitario de igual material que el piso, curvatura no menor a 10cm de radio. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si. 1 unidad H3. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si. Para C36 y C40, 1 unidad A6. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, pendiente del piso del 2% hacia las rejillas de piso H5. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
LOCAL 39 Policlínico, lavadero y herrería	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	Identificación C39
Planta esquemática	Planta baja.	
Especificaciones Físicas	<b>AREA:</b> 23.70m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> Variable. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de abertura A6. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de abertura A6.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de portland con dibujo antideslizante. El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales H5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> Sanitario de igual material que el piso, curvatura no menor a 10cm de radio. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Regueras H5 en el perímetro de la ME7.
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad A14. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 2 unidades A6. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 4 unidades H4 y 1 unidad ME7. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües y grifos de agua de servicio para lavado. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, pendiente del piso del 2% hacia las rejillas de piso H5. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>LOCAL 44</b> <b>Racionero y camas</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación C44</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 18.10m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> Variable. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de abertura A7. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de abertura A7.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de portland con dibujo antideslizante. El piso debe soportar una carga de 300Kg/m <sup>2</sup> . El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales H5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> Sanitario de igual material que el piso, curvatura no menor a 10cm de radio. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.4 y M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, 1 unidad H3. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 1 unidades A7. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Si, 4 unidades H4 y 1 unidad ME7. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües y grifos de agua de servicio para lavado. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, pendiente del piso del 2% hacia las rejillas de piso H5. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
<b>LOCAL 45, 46 y 47</b> <b>Box rumiantes no infecciosos</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +32.10	<b>Identificación</b> C45, C46 y C47
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 14.40m <sup>2</sup> , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. <b>ALTURA LIBRE:</b> Variable. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de la nave. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de la abertura A7.1.	
	Observaciones	
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Piso de portland con dibujo antideslizante. El piso debe soportar una carga de 300Kg/m2. El proyecto ejecutivo debe considerar que el contrapiso debe ser armado totalmente. Pendientes mínimas a regueras perimetrales H5, del 2% <b>ZÓCALO:</b> Sanitario de igual material que el piso, curvatura no menor a 10cm de radio. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> No. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. <b>PINTURA:</b> Ver planilla de muros y tabiques: M6.3. Herrería y carpintería: esmalte sintético brillo 2 manos color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> Luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si. 1 unidad H3. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Si, 1 unidad A7.1. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No. <b>CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS:</b> Si, 1 unidad A7.1.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si. Iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si, pendiente del piso del 2% hacia las rejillas de piso H5. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No. <b>DATOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

<b>LOCAL 53</b> <b>Azotea transitable</b>	<b>Ubicación:</b> planta primera N 3.20. Corresponde con el nivel +35.30	<b>Identificación C53</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta primera.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 101.60m <sup>2</sup> , sin gargantas ni pretilas.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	Ver detalles, 01, 02 o 03.	
	Observaciones.	Protección de la impermeabilización.
	Restricciones.	

<b>LOCAL 54</b> <b>Azotea transitable</b>	<b>Ubicación:</b> planta primera N 3.20. Corresponde con el nivel +35.30	<b>Identificación C54</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta primera.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 51.70m <sup>2</sup> , sin gargantas ni pretilas.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	Ver detalles, 01, 02 o 03.	
	Observaciones.	Protección de la impermeabilización.
	Restricciones.	

<b>LOCAL 55</b> <b><i>Azotea no transitable</i></b>	<b>Ubicación:</b> planta segunda N 6.40. Corresponde con el nivel +38.40	<b>Identificación C55</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta segunda.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 70.30m <sup>2</sup> , sin gargantas ni pretilas.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	Ver detalles, 01, 02 o 03.	
	Observaciones.	Protección de la impermeabilización.
	Restricciones.	

<b>LOCAL 56</b> <b><i>Azotea no transitable</i></b>	<b>Ubicación:</b> planta segunda N 6.40. Corresponde con el nivel +38.40	<b>Identificación C56</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta segunda.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 62.20m <sup>2</sup> , sin gargantas ni pretilas.	
	Observaciones	Protección de la impermeabilización.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	Ver detalles, 01, 02 o 03.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	

<b>LOCAL 57</b> <b><i>Azotea no transitable</i></b>	<b>Ubicación:</b> planta segunda N 6.40. Corresponde con el nivel +38.40	<b>Identificación C57</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta segunda.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 34.00m <sup>2</sup> , sin gargantas ni pretilas.	
	Observaciones	Protección de la impermeabilización.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	Ver detalles, 01, 02 o 03.	
	Observaciones.	Protección de la impermeabilización.
	Restricciones.	

<b>LOCAL 58</b> <b><i>Techo liviano</i></b>	<b>Ubicación:</b> planta segunda N 6.40. Corresponde con el nivel +38.40	<b>Identificación C58</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta segunda.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 382.00m <sup>2</sup> , sin gargantas ni pretilas.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	Paneles auto portantes y aislantes de e: 25cm, tipo ISODEC, color blanco. Pendiente mínima recomendada por fabricante, 3%.	
	Observaciones.	
	Restricciones.	