

MESADAS

Lámina:  
B05-INV-A-357

MESADAS

Lámina:  
B05-INV-A-357

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Obra  
Edificio Investigación  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME7-B05-INV	CANT.	1
------	-------------	-------	---

FEBRERO 2017	
SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : SALA DE NECROPSIA, BLOQUE A.

DESCRIPCIÓN:	MESADA DE ACERO INOXIDABLE y APOYOS DE MAMPOSTERÍA.
--------------	---


ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:


Mesada de acero inoxidable (Al.304), con estructura de patas y apoyos de mamopostería.  
4 piletas de acero inoxidable, profundidad de 15cm.  
2 lavamanos de acero inoxidable, profundidad de 20cm.  
Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.  
Decantador de sólidos, conexiones sanitarias de PVC.  
Sifón de buena calidad para inspeccionar.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



# PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO	INVESTIGACIÓN	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017