

Montevideo, 16 de julio de 2014.

LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 74/2018

HACIENDO USO DEL ART. 4 DEL PLIEGO PARTICULAR, SE CONSIDERAN PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN, LA SIGUIENTE PRECISIÓN:

PREGUNTA: De las especificaciones técnicas solicitadas

- Solicitamos confirmar si se requiere que los receptores y radiogoniómetros a ser cotizados cuenten con panel y display para control local incorporado

RESPUESTA:

- **Si**, tanto receptores como radiogoniómetros deben contar con panel frontal y display para ser operados totalmente en forma local, además de remotamente.