

DPTO. DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO

**ANEXO VII – LICITACION ABREVIADA N° 83/17 “ ADQUISICION
DE FACOEMULSIFICADOR”**

Montevideo, 10 de Julio de 2018.-

➤ **CONSULTAS DE LA EMPRESA ALCON**

De la lectura del pliego de referencia nos surgen las siguientes consultas:

1. Página 23 – Punto 1.17 El adjudicatario deberá presentar declaración del fabricante indicando que la unidad se fabrico en el último año y que se compromete a proveer repuestos y servicio técnico durante los siguientes 5 años a partir de la fecha de puesta en funcionamiento. Se valoraran periodos mayores.
¿Cuál será el criterio de valoración de este punto, dado que el mismo no se encuentra establecido en los criterios para comparación de ofertas establecidos en el punto 14 del pliego?
2. Página 26 – Punto 2.7 Deberá utilizar cassettes e insumos reutilizables (re-esterilizables)
¿ Este requisito es excluyente) Serán consideradas ofertas que incluyan únicamente cassettes e insumos descartables?
3. Página 27- Punto 2.10 Deberá permitir modo de corte lineal y progresivo de hasta 5.000 cortes por minuto aprox.
¿Este requisito es excluyente? ¿Serán consideradas ofertas que incluyan prestaciones superiores a las solicitadas (por ejemplo 7.500 cortes por minuto)?
4. Página 27 – Punto 2.13 Deberá incluir consumibles para vitrectomía de 20G, 23G, 25G
Página 27 – Punto 2.17 Deberá incluir los tips de titanio de 45, 30 y 15 grados para ultrasonido



MINISTERIO DEL INTERIOR
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección Nacional de Asuntos Sociales



DNAASS
Dirección Nacional
de Asuntos Sociales

¿Cuál será el criterio de valoración de este punto, dado que el mismo no se encuentra establecido en los criterios de ponderación de ofertas establecidos en el punto 14 del pliego?

➤ **RESPUESTA A LA EMPRESA AALCON (Dr. Costa – Mónica Benia)**

1. El punto de insumos reusables o reesterilizables se mantiene en la misma postura sugerida en el pliego porque se considera mejor para la Institución, se consideraran las ofertas que posean esa característica. Respecto a los otros puntos no hay exclusión ni obligación respecto a los tips, calibres de vitrectomia o velocidad de corte o tipo de bomba de infusión.

Encargada del
Dpto. de Adquisiciones
Cabo (PA)


Raquel SOUTO