

# **2019/106159 - ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR AUTOCLAVE PARA SERVICIO DE ODONTOLOGÍA**

## **RESPUESTA A CONSULTA**

### **PREGUNTA**

Con respecto al ítem que dice que tiene que ser de desplazamiento gravitacional, me dice mi compañero de Servicio Técnico que esto sería contradictorio con los últimos 2 puntos. Justamente para cargas empaquetadas y secado a puerta cerrada se recomiendan equipos de pre vacío y no de desplazamiento gravitacional.

Es por este motivo que consulto para saber qué equipo cotizar.

### **RESPUESTA**

Estimada, respecto de la consulta realizada entendemos que, en principio, no sería contradictorio desde el punto de vista teórico. Cuando se pautaron los requerimientos solicitados se cotejó con el manual de un esterilizador autoclave existente en el BPS, que nos lleva a la conclusión indicada. No obstante ello, en virtud que la empresa basa su consulta en “recomendaciones” técnicas correspondería que la empresa ampliara los conceptos respecto a los inconvenientes que se plantearían en caso de no modificación de los requerimientos establecidos.