



LICITACIÓN ABREVIADA N° 16/19 “Adquisición de Material de Laboratorio”

ACLARACIONES LISTADO MML/19:

1- **En principio me gustaría saber:**

Ítem 35...que diámetro sería?

El diámetro es de 47 mm.

Ítem 38..que material sería?

El material de los filtros es Acetato de celulosa.