

Montevideo, 13 de abril de 2021

## ASSE

### Observaciones LP 7/2021

Objeto: Adquisición de hasta cuatro (4) arco en C

Posterior a la apertura de la Licitación Pública 7/2021, manifestamos irregularidades observadas en las propuestas comerciales

1) La empresa **Intermedica:**

- No presenta referencias debidamente documentadas.
- Presentan registro del equipo ante el MSP correspondiente al modelo Symbol, y no así del modelo Symbol FP. Solicitamos sea desestimado el modelo Symbol FP, ya que se oferta un equipo sin registro ante MSP.


2) La empresa **Mare Ltda.:**

- Solo presenta referencia del BSE respecto al equipo ofertado, siendo las demás por equipos con intensificador de imagen, para los cuales no presenta oferta.
- El certificado de habilitación de empresa por MSP se encuentra vencido, y, por otro lado, no presenta solicitud de renovación debidamente documentada con el sello de recepción del MSP.
- No permite leer imágenes DICOM del puerto USB, y como no cuenta con unidad DVD, si el hospital destino no cuenta con PACS, no podrá importar imágenes de un procedimiento anterior de ser necesario.
- El registro del equipo, no presenta legible la fecha de validez. A su vez, el registro de equipo presentado corresponde al modelo OEC Elite, pero el catálogo, referencia, y las especificaciones técnicas corresponden al modelo OEC Elite CFD.

En la oferta se presenta el nombre OEC Elite, pero se lo describe como un equipo con flat panel. Estos equipos son diferentes, el GE OEC Elite, corresponde a un equipo de intensificador de imagen, mientras las características ofertadas son de un equipo de Flat Panel, por lo que solicitamos sea desestimada esta propuesta, ya que se oferta un equipo sin registro ante MSP.

### OEC Elite

Premium Mobile C-arm



OEC Elite performance for a variety of clinical applications  
 ORTHOPEDIC • SPINE • GENERAL SURGERY • UROLOGY • PAIN MANAGEMENT • VASCULAR


Imagen extraída de la página de GE: <https://www.gehealthcare.com/products/surgical-imaging/oec-elite>

3) La firma **Bioerix:**

- Presenta referencias comerciales de equipos que no son el objeto de este llamado (angiógrafos) solicitamos no sean tenidas en cuenta.
- No presenta referencia debidamente documentada de equipo con flat panel.
- Los repuestos cotizados son precios CIF y no precios debidamente instalados como lo solicitan en el pliego.

- 4) La empresa **Loduca**:
  - No presenta registro de empresa.
  - No especifica el DQE de su equipo.
  - No especifica si el paquete DICOM es full, no especifica si incluye Clase Print.
  - No presenta fianza de mantenimiento de oferta.
  - No presenta carta del fabricante a proveer repuestos por 10 años, aun cuando la relación con el representante no exista más.
  
- 5) La empresa **Siemens**:
  - Los repuestos cotizados son precios CIF y no precios debidamente instalados como lo solicitan en el pliego, ya que los mismos deben ser importados.
  
- 6) La empresa **Tera Ingenieros**:
  - Presenta referencia de otras marcas diferentes a Genoray, por lo que no deben ser tenidas en cuenta.
  - Los repuestos cotizados son precios CIF y a pesar que dice incluir instalación, los mismos requieren de importación.
  
- 7) La empresa **IMTREX**:
  - No presenta carta del fabricante con el compromiso de proveer repuestos por 10 años, aun cuando la relación con el representante no exista más.

Saludos.



Rodrigo Sosa



A. S. S. E.

DIRECCION RECURSOS MATERIALES  
DPTO. DE LICITACIONES Y COMPRAS

13 ABR 2021

RECIBIDO HOY