

SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: RESPUESTAS A CONSULTAS 8 Y 9)– L.P. N° 07/21 “ADQUISICIÓN DE HASTA 4 ARCO EN C MÓVIL PORTÁTIL ”.

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2021

En el marco de la L.P. N° 07/21 "Adquisición de hasta 4 Arco en C Móvil Portátil ", remitimos a continuación para conocimiento respuestas a consultas 8 y 9) formuladas por firmas interesadas.

CONSULTA 8)

■ Pregunta:

En referencia al llamado a Licitación Pública Nro. 7/2021 en lo que respecta a la respuesta dada por ASSE el día 19 de marzo de 2021 sobre la “Consulta 4)” en la que se acepta la solicitud del consultante sobre el tamaño del detector plano, a saber: 25 x 25 cm o mayor, agradeceríamos se tuviera en consideración lo siguiente:

Dado que el pliego original solicitaba un tamaño de intensificador de imagen de 9” (22,86 cm) entendemos que un equipo con detector plano de igual área o mayor sea suficiente a los efectos de realizar los estudios para los cuales se planeaba el equipo de intensificador de imagen de 9”.

El área de un intensificador de 9” son unos 410,43 cm².

Por otro lado, un detector plano de 20,5x20,5 cm tiene un área de 420,25 cm², siendo entonces áreas similares.

Considerando además que en la práctica diaria, el área útil de un intensificador de imagen se encuentra al centro del mismo, ya que hacia los bordes se produce distorsión geométrica inherente a la tecnología de intensificador de imagen; y que por otro lado, en los equipos de “Flat Panel” dicha distorsión no existe, se obtiene entonces con un detector plano de 20.5x20.5 cm un área para realizar estudios un poco mayor pero sobre todo con un 100% de utilidad.

Por lo anterior solicitamos que un detector plano de 20.5x20.5 cm sea tomado como válido para el estudio de ofertas que utilicen tecnología de detector plano.

Respuesta:

Se aceptan ofertas de equipos con tecnología de Flat Panel, de dimensiones 20.5 cm x 20.5 cm o mayores.

CONSULTA 6)

■ Pregunta:

En el Anexo 1: Especificaciones técnicas, solicita que el equipo deberá contar con “Grabadora DVD para uso profesional”

Para la opción del equipo con intensificador, no hay problema, el mismo cumple con lo solicitado, pero en el equipo más moderno de “Flat Panel” esta tecnología ya no es usada, debido a que en



un futuro próximo el DVD estará fuera de mercado, estos equipos cuentan con una interface USB para la exportación de imágenes.

Solicitamos no sea excluyente la grabadora de DVD y que se permita la exportación de imágenes por USB

Respuesta:

Se aceptan ofertas que cuenten con método de exportación de imágenes por medio de USB, para estos equipos la grabadora de DVD no es excluyente.


Andrea Pías
Directora
División Adquisiciones
A.S.S.E.