



Para: Adquisiciones -Financiero Contable.

Asunto: Respuestas a consultas de la L A 05/2021 Sistema de medición continua de gases.

## Consultas y respuestas.

| <b>De: Techingenium - Piñón Borotra Santiago.-</b>  |   |
|---|---|
| <p><b>Pregunta 1:</b> Consultamos a ustedes contenido de humedad (% vol H2O) presente en el gas de chimenea a analizar.</p>   | <p><b>RESPUESTA:</b><br/>Q.F. Isabel Alonzo:<br/>Valores obtenidos de humedad durante los monitoreos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bws (%) 22,4 año 2016 - Test de Quema</li><li>• Bws (%) 19,3 año 2018</li><li>• Bws (%) 38,4 año 2019</li><li>• Bws (%) 27.2 año 2020</li></ul> |
| <p><b>Pregunta 2:</b> Sobre Anexo 2 – Actualmente con la situación sanitaria la mayoría de las personas a quién se le debe solicitar los antecedentes están trabajando en sus casas, donde no todos disponen de hojas membretadas, y un medio para escanear dicha información. Además de esto, se debería retirar en persona dicho documento con el riesgo sanitario que implica. Teniendo en cuenta que luego debe ser presentada en formato electrónico, consultamos a ustedes si es posible disponer de antecedentes en formatos realizados por las personas que lo redacten y que además los oferentes presentemos toda la información de contacto del antecedente de forma que MGAP tenga los medios para confirmar dichos antecedentes.</p> | <p><b>RESPUESTA:</b><br/>Área Financiero Contable: El anexo II del pliego debe cumplir con dichos requerimientos y datos a efectos de la evaluación correspondiente de los proveedores.</p>   |
| <p><b>Pregunta 3 :</b>Punto 3.5.2 -del pliego “Cualquier documento deberá estar debidamente traducido al español por traductor público”<br/>¿En el caso de los documentos “Certificados de control de emisiones o similares” no es suficiente con una copia de los certificados y al mismo tiempo proveer el link desde el cual el MGAP puede verificar la legalidad e idoneidad de los mismos? Estos links de descarga serán provenientes de organismos certificadores internacionales, que sólo tienen como objetivo informar al público en general de aquellos</p>   | <p><b>RESPUESTA:</b><br/>Asesoría Letrada: En concordancia con el Departamento Notarial de Servicios Jurídicos, se informa que los documentos objeto de la consulta, deben cumplir con lo dispuesto en el pliego</p>  |



|   |  |
|---|--|
| <p>productos certificados.</p>  | <p>particular: deben presentarse apostillados y traducidos.</p>  |
| <p><b>Pregunta 4:</b> Punto 4.2 – comparación de ofertas<br/>Se indica que se obtendrán puntos en caso de disponer certificaciones internacionales.<br/>Pregunta: ¿La certificación deberá comprender el sistema completo o alguna o varias partes del sistema propuesto?</p> | <p><b>RESPUESTA:</b><br/>Q.F. Isabel Alonzo: El sistema de medición que se importe, no la línea de muestreo, dado que esta se arma a pedido in situ y no puede ser certificada en origen. Se entiende por sistema de medición el equipo de medición completo. Ej. No solo la celda. Son certificaciones que habilitan al equipo a ser utilizado en mediciones ambientales brindadas por organismos reconocidos en su país de origen.</p> |
| <p><b>Solicitud de prórroga:</b> Solicitamos en virtud de las consultas realizadas, una prórroga a la apertura de 2 semanas.</p>  | <p><b>RESPUESTA:</b> Área Financiero Contable: de acuerdo en otorgar la misma.<br/>Q.F. Isabel Alonzo: no hay problema.</p>  |