
SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: RESPUESTA A CONSULTA 2) – L.P. N°34/21 “SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO”

FECHA: 19 DE JULIO DE 2021

En el marco de la L.P. N° 34/21 “Suministro de Insumos de Laboratorio”, remitimos a continuación para conocimiento respuesta a consulta 2) formulada por una firma interesada.


➔ CONSULTA 2)


Pregunta:

En relación a la Licitación Pública 34/2021 Suministro de Insumos de Laboratorio: Referente al ITEM N°104 Ligadura Plana, solicitamos nos brinden información adicional (tamaño, material de fabricación y otros).

Respuesta:

La misma debe ser de silicona o látex, no tóxica, autoclavable, medida no menor a 50 cm.


CAROLINA GURGITANO
Directora Adjunta de la Dirección
de Insumos de la Dirección
de Recursos Materiales de A.S.S.E.


Marcela Arbelo
DPTO. ADQUISICIONES
RR.MM. - A.S.S.E.